

बागवानी विभाग हेतु प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति एवं संस्थापन के लिए खुली  
ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना

**NOTICE INVITING ONLINE OPEN TENDER ENQUIRY FOR SUPPLY AND  
INSTALLATION OF LABORATORY INSTRUMENTS**

1. प्रोटीओमिक्स, मेटाबोलोमिक्स तथा लिपिडोमिक्स अनुप्रयोगों के लिए नैनो-एलसी / यूएचपीएलसी सहित उच्च-रिज़ॉल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर – 01 संख्या  
HIGH-RESOLUTION MASS SPECTROMETER WITH NANO-LC / UHPLC FOR PROTEOMICS, METABOLOMICS AND LIPIDOMIC APPLICATIONS – 1 No.
2. वाष्पशील पदार्थों, कीटनाशकों, मेटाबोलोमिक्स अनुप्रयोगों तथा अन्य शैक्षणिक रसायन विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए ट्रिपल क्वाड GCxGC / MSMS – 01 संख्या।  
TRIPLE QUAD GCxGC /MSMS FOR VOLATILE, PESTICIDES, METABOLOMICS APPLICATION AND OTHER ACADEMIC CHEMISTRY APPLICATIONS - 01 No.

**FOR DEPARTMENT OF HORTICULTURE  
(E-PROCUREMENT MODE ONLY)**

निविदा सं./Tender No.CUTN/PUR/2025-26/32

निर्गम तारीख/Date of Issue:13.03.2026

समापन की तारीख/Date of closing:06.04.2026



**तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय/Central University of Tamil Nadu**

नीलक्कुड़ी परिसर/ Neelakudi Campus

तिरुवारूर/Thiruvavur-610 005

**Online tenders are hereby invited in two Bid system from eligible interested bidders for the Supply and Installation of Laboratory Instrument, High Resolution Mass Spectrometer with NANO –LC / UHPLC for Proteomics Metabolomics and Lipidomic Applications- 01 No and Triple Quad GC\*GC/MSMS for Volatile, Pesticides, Metabolomics Application and Other Academic Chemistry Applications - 01 No. for Department of Horticulture at CUTN**

**The Tender Document can be downloaded from Central Public Procurement (CPP) Portal <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> and bid is to be submitted online only through the same portal up to the last date and time of submission of tender.**

**Details of Tender:**

1	Tender Notification No	CUTN/PUR/2025-26/32
2	Name of the component	1.HIGH-RESOLUTION MASS SPECTROMETER WITH NANO-LC / UHPLC FOR PROTEOMICS, METABOLOMICS AND LIPIDOMIC APPLICATIONS. 2.TRIPLE QUAD GCxGC /MSMS FOR VOLATILE, PESTICIDES, METABOLOMICS APPLICATION AND OTHER ACADEMIC CHEMISTRY APPLICATIONS.
3	EMD Amount	Rs.17,10,000/- (Ref. EMD Clause)
4	Date and time of Online Publication / Download of Tenders	13.03.2026 @ 18.00 PM
5	Bid submission start date & time	13.03.2026 @ 18.15 PM
6	Bid submission close date & time	06.04.2026 @ 3.00 PM
7	Opening of Technical bids	07.04.2026 @ 5.30 PM



# तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF TAMIL NADU

(Established by an Act of Parliament, 2009)

नीलक्कुड़ी परिसर/Neelakudi Campus, तिरुवारूर/Thiruvavur - 610 005

☎: 04366-277359 / email: purchase@cutn.ac.in

निविदा सं./TENDER No. CUTN/PUR/2025-26/32

Date: 13.03.2026

## बागवानी विभाग हेतु प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति एवं संस्थापन के लिए खुली ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना

### NOTICE INVITING ONLINE OPEN TENDER ENQUIRY FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF LABORATORY INSTRUMENT

1. प्रोटीओमिक्स, मेटाबोलोमिक्स तथा लिपिडोमिक्स अनुप्रयोगों के लिए नैनो-एलसी / यूएचपीएलसी सहित उच्च-रिज़ॉल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर - 01 संख्या  
HIGH-RESOLUTION MASS SPECTROMETER WITH NANO-LC / UHPLC FOR PROTEOMICS, METABOLOMICS AND LIPIDOMIC APPLICATIONS - 1 No.
2. वाष्पशील पदार्थों, कीटनाशकों, मेटाबोलोमिक्स अनुप्रयोगों तथा अन्य शैक्षणिक रसायन विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए ट्रिपल क्वाड GCxGC / MSMS - 01 संख्या।  
TRIPLE QUAD GCxGC MSMS FOR VOLATILE, PESTICIDES, METABOLOMICS APPLICATION AND OTHER ACADEMIC CHEMISTRY APPLICATIONS - 01 No

तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक संस्थान, मूल उपकरण निर्माता या अधिकृत डीलरों बागवानी विभाग हेतु 1. प्रोटीओमिक्स, मेटाबोलोमिक्स तथा लिपिडोमिक्स अनुप्रयोगों के लिए नैनो-एलसी / यूएचपीएलसी सहित उच्च-रिज़ॉल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर - 01 संख्या 2. वाष्पशील पदार्थों, कीटनाशकों, मेटाबोलोमिक्स अनुप्रयोगों तथा अन्य शैक्षणिक रसायन विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए ट्रिपल क्वाड GC\*GC/MSMS - 01 संख्या की आपूर्ति एवं संस्थापन के लिए दो बोली प्रणाली में अनुलग्नक -I में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करता है। निविदा दस्तावेजों को [www.cutn.ac.in](http://www.cutn.ac.in) या सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल लिंक: <https://eprocure.gov.in/epublish/app> से डाउनलोड किया जा सकता है।

Central University of Tamil Nadu, an institution setup by an Act of Parliament, Online tenders are hereby invited in two Bid system from the Original Equipment Manufacturer or authorized dealers for the **Supply and Installation of Laboratory Instrument, High Resolution Mass Spectrometer with NANO -LC / UHPLC for Proteomics Metabolomics and Lipidomic Applications- 01 No and Triple Quad GC\*GC/MSMS For Volatile, Pesticides, Metabolomics Application And Other Academic Chemistry Applications - 01 No. for the Department of Horticulture** as per the specifications given in ANNEXURE-I in two bid system. The tender documents may be downloaded from [www.cutn.ac.in](http://www.cutn.ac.in) or from Central Public Procurement Portal link: <https://eprocure.gov.in/epublish/app>.

#### 1. दो बोली प्रणाली | Two Bid System:

तकनीकी बोली (अनुलग्नक-II) और वाणिज्यिक बोली (अनुलग्नक-III) को दो-बोली प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है, जिसके ऊपर क्रमशः बागवानी विभाग हेतु 1. प्रोटीओमिक्स, मेटाबोलोमिक्स तथा लिपिडोमिक्स अनुप्रयोगों के लिए नैनो-एलसी / यूएचपीएलसी सहित उच्च-रिज़ॉल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर - 01 संख्या 2. वाष्पशील पदार्थों, कीटनाशकों, मेटाबोलोमिक्स अनुप्रयोगों तथा अन्य शैक्षणिक रसायन

विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए ट्रिपल क्राड GC\*GC/MSMS – 01 संख्या की आपूर्ति एवं संस्थापन – तकनीकी बोली और बागवानी विभाग हेतु 1. प्रोटीओमिक्स, मेटाबोलोमिक्स तथा लिपिडोमिक्स अनुप्रयोगों के लिए नैनो-एलसी / यूएचपीएलसी सहित उच्च-रिज़ॉल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर – 01 संख्या 2. वाष्पशील पदार्थों, कीटनाशकों, मेटाबोलोमिक्स अनुप्रयोगों तथा अन्य शैक्षणिक रसायन विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए ट्रिपल क्राड GC\*GC/MSMS – 01 संख्या की आपूर्ति एवं संस्थापन- वाणिज्यिक बोली निविदा दस्तावेज केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (CPP) पोर्टल <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बोली केवल इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है तथा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय तक ही स्वीकार की जाएगी।

The Technical Bid (ANNEXURE-II) and the Commercial Bid (ANNEXURE-III) shall be Online tenders are hereby invited in two Bid system **Supply and Installation of Laboratory Instrument, High Resolution Mass Spectrometer with NANO –LC / UHPLC for Proteomics Metabolomics and Lipidomic Applications- 01 No and Triple Quad GC\*GC/MSMS For Volatile, Pesticides, Metabolomics Application And Other Academic Chemistry Applications - 01 No. for Department of Horticulture - Technical Bid** and **Tender for Supply and Installation of Laboratory Instrument, High Resolution Mass Spectrometer with NANO –LC / UHPLC for Proteomics Metabolomics and Lipidomic Applications- 01 No and Triple Quad GC\*GC/MSMS For Volatile, Pesticides, Metabolomics Application And Other Academic Chemistry Applications - 01 No. for Department of Horticulture - Commercial Bid** The Tender Document can be downloaded from Central Public Procurement (CPP) Portal <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> and bid is to be submitted online only through the same portal up to the last date and time of submission of tender.

निविदा दस्तावेज केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (CPP) पोर्टल <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बोली केवल इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है तथा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय तक ही स्वीकार की जाएगी। **ईएमडी, कुलसचिव, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, F1-07, क्रय अनुभाग, नीलक्कुडी परिसर, तिरुवारूर 610 005** को डाक से या सीधे **06.04.2026 को अपराह्न 15:00 बजे तक** पहुँच जानी चाहिए। **तकनीकी बोली 07.04.2026 को अपराह्न 17:30 बजे** खोली जाएगी।

The Tender Document can be downloaded from Central Public Procurement (CPP) Portal <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> and bid is to be submitted online only through the same portal up to the last date and time of submission of tender. **The EMD reach The Registrar, Central University of Tamil Nadu, F1-07, Purchase Section, Neelakudi Campus, Thiruvavarur 610 005** by post or by hand on or before **06.04.2026, 15:00 hours. The Technical Bid will be opened on 07.04.2026 at 17.30 Hrs.**

निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी रूप का पक्ष-प्रचार, बोली लगाने वाले को अयोग्य सिद्ध कर देगी। फैक्स/ईमेल द्वारा भेजी गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

Tenders received after due date/time will not be considered under any circumstances. Canvassing in any form will result in the disqualification of the bidder. Tenders sent by fax/email will not be considered

## 2. कौन बोली लगा सकता है/Who can bid?

1. निविदाकर्ता या तो एक मूलनिर्माता या अधिकृत डीलर होना चाहिए जो कि 31.03.2025 तक की न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के लिए इस क्षेत्र में स्थापित हों। (समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)

The tenderer should be either an original manufacturer or the authorized dealer having been established in the field for minimum period of THREE years as on 31.03.2025 (Enclose supporting documents)

- II. निविदाकर्ता का औसत वार्षिक कारोबार ,पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अर्थात् 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (प्रत्येक वर्ष) में कम से कम **3 करोड 42 लाख रुपये** हों। (अंकेक्षित लाभ और हानि खाता विवरण जैसे समर्थक दस्तावेज स्व-सत्यापन के साथ संलग्न करें) ।

The tenderer should have average annual turnover of at least **Rs.3 crore 42 Lakhs** per year during the last **THREE** financial years viz. 2022-23, 2023-24 and 2024-25 (each year). (Enclose supporting documents such as Audited Profit & Loss Account Statement with self-attestation).

- III. बोलीदाता को कम से कम तीन प्रतिष्ठित केंद्र/राज्य सरकार के शैक्षिक/अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालय, कॉलेजों को समान उपकरण की आपूर्ति किया हुआ होना चाहिए। समर्थक दस्तावेज जैसे क्रय आदेश, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

The bidder should have supplied similar equipment to at least three reputed central/ state government educational/research institutions, University, Colleges Supporting documents such as purchase orders, work completion certificates should be attached with the bid **FOR LAST 5 YEARS.**

- IV. फर्म को जीएसटी सहित पंजीकृत होना चाहिए। (समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)

The firm should have registered with GST. (Enclose supporting documents)

- V. बोली लगाने वाले के पास चेन्नई / त्रिची / तंजावुर / कुंभकोणम या तमिलनाडु / पाण्डिचेरी, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश के निकटतम कस्बे/शहर में एक अधिकृत सेवा केंद्र होना चाहिए (समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)

The bidder should have an authorized service centre in Chennai / Trichy / Tanjore / Kumbakonam or any other nearby city/town, in Tamil Nadu / Pondicherry, Karnataka, Kerala, Telangana, and Andhra Pradesh (Enclose supporting documents)

- VI. विश्वविद्यालय को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), भारत सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, अधिसूचना सं. 51/96 सीमा शुल्क दिनांक 23-07-1996, अधिसूचना सं. 28/2003-सीमा शुल्क दिनांक 01.03.2003, अधिसूचना सं. 43/2017 - सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017, और अधिसूचना सं. 47/2017 - एकीकृत कर (दर) दिनांक 14.11.2017, अधिसूचना सं. 10/2018 - एकीकृत कर (दर) दिनांक 25.01.2018, के भुगतान और समय-समय पर संशोधन के संबंध में छूट का लाभ प्रदान किया गया है।

The University has been granted the benefit of exemption from the payment of the Central Excise Duty and Customs Duty by the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Govt. of India, vide their Notification No. 51/96 Customs dt.23-07-1996, Notfn. No.28/2003- Customs dt.01.03.2003,Notfn. No.43/2017 – Customs dt.30.06.2017,&Notfn. No. 47/2017 – Integrated Tax (Rate) dt. 14.11.2017, Notfn. No. 10/2018 – Integrated Tax (Rate) dt. 25.01.2018, and amendments from time to time, in respect of

- वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों, उपस्करों,कंप्यूटर सहित उपकरण।  
Scientific and technical instruments, apparatus, equipment including computers
- ऊपर (ए) में निर्दिष्ट सामानों और उपभोग्य सामग्रियों के अतिरिक्त पुर्जे।  
Accessories and spare parts of goods specified in (a) above and consumables.
- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी रोम, रिकॉर्डिंग चुंबकीय टेप, माइक्रोफिल्म, माइक्रो-चिप्स इत्यादि।  
Computer software, compact disks, CD ROM, Recording magnetic tapes, microfilms, micro-chips etc.,
- प्रोटोटाइप।Prototypes

अतः विज्ञापित उपकरणों के लिए बोली लगाते समय बोलीदाताओं को विश्वविद्यालय की इस सुविधा के बारे में ध्यान रखना चाहिए।

Hence, the bidders should take into consideration about this facility of the University while quoting for the advertised equipment.

### 3. बयाना जमा राशि (ईएमडी) | Earnest Money Deposit (EMD)

- 3.1. बोलीदाता को अपनी बोली के हिस्से के रूप में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवारूर को देय के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अनुमानित मूल्य पर 2% की दर से ईएमडी प्रस्तुत करना होगा। ईएमडी की राशि निम्नानुसार है:

The Bidder shall furnish, as part of its bid, an EMD @ 2% on estimated value (or fixed amount) by Demand draft drawn in favour of Central University of Tamil Nadu payable at Thiruvavur. The amount of EMD as follows:

#### ईएमडी उपकरण विवरण | EMD Instruments Details

क्र. सं. Sl. No	उपकरण का नाम Name of the Equipment	मात्रा Qty	इकाई मूल्य Unit Price	कुल मूल्य Total Value (Excluding GST) (INR)	ईएमडी रु. EMD Rs.
1	प्रोटीओमिक्स, मेटाबोलोमिक्स तथा लिपिडोमिक्स अनुप्रयोगों के लिए नैनो-एलसी / यूएचपीएलसी सहित उच्च-रिज़ॉल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर High Resolution Mass Spectrometer with NANO -LC / UHPLC for Proteomics Metabolomics and Lipidomic Applications	01 No.	5,39,75,000	5,39,75,000	13,16,500
2	वाष्पशील पदार्थों, कीटनाशकों, मेटाबोलोमिक्स अनुप्रयोगों तथा अन्य शैक्षणिक रसायन विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए ट्रिपल क्वाड GC-MSMS Triple quad GC/GC - MSMS for volatiles, pesticides, metabolomics applications and other academic chemistry applications	01 No.	1,61,34,000	1,61,34,000	3,93,500

# #: **अलग-अलग उपकरणों के लिए अलग-अलग तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली जमा करनी होगी**  
**separate Technical and Commercial bids should be submitted for individual Instruments:**

- 3.2 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) / या लघु उद्योग (एसएसआई)/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के साथ पंजीकृत फर्मों को ईएमडी प्रस्तुत करने से छूट दी गई है। प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

The firms who are registered with National Small Industries Corporation (NSIC) / or Small Scale Industrial (SSI)/ Micro & Small Enterprises (MSEs) are exempted to furnishing the EMD. Self-attested photocopy of valid registration certificate issued by competent authority for supply of laboratory equipment must be enclosed with the technical bid.

- 3.3. ईएमडी रहित किसी भी बोली को क्रेता द्वारा गैर-प्रतिक्रियाशील के रूप में अस्वीकार कर दिया जाएगा।

Any bid not accompanied with the EMD shall be rejected by the Purchaser as non-responsive.

- 3.4 एमएसई श्रेणी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के निर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ही ईएमडी से छूट के पात्र होंगे। व्यापारी इस नीति के दायरे से बाहर रखे गए हैं। यदि कोई बोलीदाता निविदा के अंतिम रूप से निर्धारित होने से पहले अपनी निविदा वापस लेता है, तो उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

Under MSE Category, Only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD, Traders are excluded from the purview of the policy. The EMD shall be forfeited if any Bidder withdraws the offer before finalization of the tender EMD Exemption:

- I. **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम / Micro and Small Enterprises (MSEs):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी एमएसई क्रय नीति के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए निविदा सुरक्षा से छूट प्रदान की जाती है। किन्तु, इसके लिए उन्हें वैध स्वप्रमाणित पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा इस आशय का प्रमाण निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तदनुसार, एमएसई क्रय नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए एमएसई इकाइयों को वैध उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उपरोक्त लाभ केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगा, जो एमएसई इकाइयों द्वारा स्वयं उत्पादित या प्रदान की गई हों। व्यापारी एमएसई क्रय नीति के दायरे से बाहर हैं।

Micro and Small Enterprises (MSEs) as defined in MSE Procurement Policy issued by Department of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) for goods produced and services rendered, are exempted from Bid Security. However, they must enclose valid self-attested registration certificate(s) and the tender to this effect. Accordingly, MSEs shall be required to submit valid Udyam Registration Certificate for availing benefit under MSE Procurement Policy. **The benefit as above to MSEs shall be available only for Goods produced and services rendered by MSEs. However, traders are excluded from the purview of MSE Procurement Policy.**

II. **स्टार्टअप / Startup (s):**

भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को निविदा सुरक्षा से छूट प्रदान की जाती है। किन्तु, इसके लिए उन्हें वैध स्वप्रमाणित पंजीकरण प्रमाणपत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त धारा (सी) के अनुसार निविदा सुरक्षा से छूट प्राप्त करने वाले पात्र एमएसई एवं स्टार्टअप बोलीदाता यदि निविदा की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेते हैं या उसमें संशोधन करते हैं, अथवा उन्हें अनुबंध प्रदान किए जाने के पश्चात वे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुरक्षा जमा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि तक उस संस्था द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से निलंबित कर दिया जाएगा।

Startup(s) as recognized by Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Govt. of India, are exempted from Bid Security. However, they have to enclose valid self-attested registration certificate(s) along with the tender to this effect. Eligible MSE and startup bidders who seeks exemption from Bid Security as per clause no. (c) above, if they withdraw or modify their bids during the period of validity, or if they are awarded the contract and they fail to sign the contract, or to submit a performance security before the deadline defined in the request for bids document, they will be suspended for the period of three years or as decided by the competent authority from being eligible to submit bids for contracts with the entity that invited the bids.

4. **बोली का कार्यक्षेत्र | Scope of Bid**

तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय (तकेंवि), तिरुवारूर, जिसे आगे "क्रेता" कहा जाएगा, अपने तिरुवारूर परिसर में स्थित **बागवानी विभाग** के लिए प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति, संस्थापन एवं कमीशनिंग हेतु निविदाएँ आमंत्रित करता है। इसमें आवश्यक महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स सम्मिलित होंगे, साथ ही प्रमाणीकरण के पश्चात **तीन वर्ष की वारंटी** तथा वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद अगले तीन वर्षों के लिए अनुरक्षण (रखरखाव) भी शामिल होगा।

Central University of Tamil Nadu (CUTN), Thiruvavur, hereinafter called “**Purchaser**”, invites bid for supply, installation and commissioning of Laboratory equipment, including critical spares and **warranty for three years** after validation and subsequent maintenance for Three years after the expiry of warranty for its **Department of Horticulture** at its campus in Thiruvavur.

#### 5. बोली की लागत | Cost of Bidding

बोलीदाता अपनी बोली को तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा और क्रेता किसी भी स्थिति में, बोली के संचालन या परिणाम के परवाह किए बिना, उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its bid and the Purchaser shall in no case be responsible or liable for those costs regardless of the conduct or outcome of the bidding.

#### 6. निविदा दस्तावेज | Tender Document

- i. निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है। The Tender Document is not transferable.
- ii. बोलीदाता को संबंधित कार्यालय में निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले उसकी एक प्रति बनानी होगी। दस्तावेज जमा करने के बाद प्रतिलिपि बनाने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। The bidder shall make a copy of the tender document before submitting the same to the concerned office. No requests will be entertained for making a copy after the submission of the document.
- iii. "प्रत्येक पृष्ठ के साथ "मूल" चिह्नित निविदा दस्तावेज की प्रति पर हस्ताक्षर किए गए और **एक अनिवार्य खंड के रूप में** इसकी स्वीकृति स्वीकार करने के लिए मुहर लगाई गई।  
Copy of Tender Document marked “Original” with each page signed and stamped to acknowledge acceptance of the same **as a mandatory clause**

#### 7. निविदा दस्तावेज में संशोधन | Amendment of Tender Document

- i. बोली जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, क्रेता किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या किसी संभावित बोलीदाता द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के उत्तर में, संशोधन (ओं) के माध्यम से निविदा दस्तावेज को संशोधित कर सकता है।  
At any time prior to the deadline for submission of bids, the Purchaser may, for any reason, whether at its own initiative or in response to a clarification requested by a prospective Bidder, modify the Tender Document by way of amendment(s).
- ii. संशोधनों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचित किए जाएंगे और उन पर बाध्यकारी होंगे। इसके अलावा, यह माना जाएगा कि बोली प्रस्तुत करते समय बोलीदाता ने ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखा है।  
Amendments will be intimated in University Website and shall be binding on them. Further, it will be assumed that the Bidder has taken into account such amendments while submitting the bid.

#### 8. बोली की भाषा | Language of Bid

- i. बोलीदाता द्वारा तैयार की गई बोली तथा बोलीदाता और क्रेता द्वारा एक्सचेंज की गई निविदा से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे और निविदा को उस भाषा के अनुसार समझा और व्याख्यायित किया जाएगा।  
The bid prepared by the Bidder and all correspondence and documents related to the tender exchanged by the Bidder and the Purchaser shall be in English and the Contract shall be construed and interpreted in accordance with that language.
- ii. यदि कोई विवरणिका, पत्रक या संचार अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में तैयार किया जाता है, तो ऐसे दस्तावेज, पत्राचार या संचार का अनुवाद भी बोलीदाता की लागत और जोखिम पर प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान किया गया अनुवाद व्याख्यान के मामलों में मान्य होगा। बोलीदाता, ऐसे दस्तावेजों, पत्राचार और संचार के संबंध में, इस तरह के अनुवाद की लागत और जोखिमों को वहन करेगा।

If any of the brochures, leaflets or communication is prepared in any language other than English, a translation of such document, correspondence or communication shall also be provided at the cost and risk of the bidder. The translation so provided shall prevail in matters of interpretation. The bidder, with respect to such documents, correspondence, and communications, shall bear the costs and risks of such translation. **ENGLISH TRANSLATION IS FINAL.**

### 9. बोली में शामिल दस्तावेज | Documents Comprising the Bid

- a. कौन बोली लगा सकता है? शीर्षक के तहत उल्लेख किया गए सभी दस्तावेज।  
All the Documents as mentioned under the Heading Who can Bid?
- b. बयाना जमा राशि (ईएमडी) की वैध ईएमडी छूट प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।  
Earnest Money Deposit (EMD) valid EMD exemption certificate (if applicable).
- c. निविदा दस्तावेज के उपकरण की अनुरूपता स्थापित करने वाले दस्तावेज;  
Documents establishing conformity of the Equipment to the Tender Document;
- d. वारंटी अवधि पूरी होने के बाद उपकरणों के लिए वारंटी और एएमसी अवधि के दौरान व्यापक ऑनसाइट रखरखाव प्रदान करने का वचन।  
An undertaking to provide comprehensive onsite maintenance during the warranty and AMC periods for the equipment after completion of warranty period.

### 10. बोली का प्रारूप और हस्ताक्षर | Format and Signing of Bid

बोली को अमिट स्याही में टाइप या लिखा जाएगा और बिडर या अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। बोली के सभी पृष्ठों को क्रमांकित किया जाएगा और असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर, बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा आद्याक्षर किया जाएगा।

The bid shall be typed or written in indelible ink and shall be signed by the Bidder or a person or persons authorized. All pages of the bid shall be numbered and except for unamendable printed literature, shall be initialled by the person or persons signing the bid.

### 11. बोली मूल्य | Bid Prices

- i. पहचान किए गए प्रत्येक उपकरण सामग्री के मूल्य को अलग से उद्धृत किया जाना चाहिए।  
Prices must be quoted separately for each equipment/item identified.
- ii. उपकरणों के लिए उद्धृत मूल्य में पैकिंग, परिवहन, बीमा, सभी शुल्क और उगाहियाँ, उपकरण की डिलीवरी, विश्वविद्यालय, नीलक्कुडी परिसर, तिरुवारूर 610005 को डोर डिलिवरी के आधार पर लोडिंग और अनलोडिंग से जुड़ी सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, जिसमें इसकी संस्थापन, प्रवर्तन, एकीकरण और विधिमान्यकरण शामिल है।  
Price quoted for equipment must include all costs associated with packing, transportation, insurance, all duties and levies, delivery of equipment, loading and unloading on DOOR DELIVERY basis to the university at Neelakudi Campus, Thiruvavur 610005 including its installation, commissioning, integration and validation.
- iii. वारंटी अवधि के बाद **तीन** वर्षों के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) का मूल्य **अनुलग्नक-III** में दिए गए प्रारूप में प्रत्येक उपकरण के लिए अलग से उद्धृत किया जाएगा। क्रयदार एएमसी पर बातचीत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।  
Price of Annual Maintenance Contract (AMC) for **FIVE** years after the warranty period shall be quoted separately for each equipment in the format provided in **ANNEXURE-III**. Purchaser reserves the right to negotiate on AMC.
- iv. बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य, बोली की वैधता के दौरान स्थिर रहेंगे।  
Prices quoted by the Bidder shall be firm during the validity of the bid.

## 12. बोली मुद्रा | Bid Currency

- i. उपकरणों/वस्तुओं के मूल्य भारतीय रुपये में उद्धृत किए जाएँ।  
Prices of equipment/items shall be quoted in Indian Rupees only.

## 13. निविदा दस्तावेज की अनुरूपता | Conformity of the Tender Document

- i. बोलीदाता अपनी बोली के हिस्से के रूप में, उपकरण की अनुरूपता स्थापित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जो बोलीदाता निविदा के तहत क्रेता की आवश्यकताओं के लिए आपूर्ति करने का प्रस्ताव करता है, जैसा कि निविदा दस्तावेज में दिया गया है।

The Bidder shall furnish, as part of its bid, documents establishing the conformity of the Equipment that the Bidder proposes to supply under the Contract to the requirements of the Purchaser, as given in the Tender Document.

- ii. निविदा दस्तावेज के लिए उपकरण की अनुरूपता के दस्तावेजी साक्ष्य लिखित विवरण के रूप में हो सकते हैं, जो साहित्य/अरेख/प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित हैं, जिनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

The documentary evidence of conformity of the Equipment to the Tender Document may be in the form of written descriptions supported by literature/diagrams/certifications, including:

- (a) उपकरण की आवश्यक तकनीकी, कार्यात्मक और प्रदर्शन विशेषताओं का विस्तृत विवरण जिसे बोलीदाता आपूर्ति करने का प्रस्ताव कर रहा है।

A detailed description of the essential technical, functional and performance characteristics of the Equipment that the Bidder is proposing to supply;

- (b) उपकरण के प्रमुख उप-प्रणालियों/घटकों का तकनीकी विवरण

Technical details of the major subsystems/components of the Equipment

## 14. बोलियों की वैधता की अवधि | Period of Validity of Bids: क्रेता द्वारा निर्धारित बोलियाँ जमा करने की समय सीमा के बाद 180 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।

Bids shall remain valid for a period of 180 days after the date of deadline for submission of bids prescribed by the Purchaser.

## 15. बोलियाँ जमा करने की समय सीमा | Deadline for Submission of Bids

- i. क्रेता द्वारा निर्दिष्ट समय और तिथि के बाद निर्दिष्ट पते पर बोलियाँ प्राप्त की जानी चाहिए। यदि इस तिथि को क्रेता के कार्यालय में घोषित अवकाश होता है या आकस्मिक रूप से घोषित अवकाश होता है, तो बोलियाँ अगले कार्य दिवस पर निर्धारित समय तक प्राप्त की जाएँगी।

Bids must be received by the Purchaser at the address specified not later than the time and date as stated. In case this date happens to be a declared holiday for the office of the Purchaser or happens to be a holiday declared incidentally, the Bids shall be received up to the appointed time on the next working day.

- ii. क्रेता, युक्ति अनुसार, बोली जमा करने की इस समय सीमा को बढ़ा सकता है, जिसके मामले में क्रेता के सभी अधिकार और बोलीदाताओं के सभी दायित्व उसके बाद विस्तारित समय सीमा के अधीन होंगे।

The Purchaser may, at its discretion, extend this deadline for submission of bids in which case all rights of the Purchaser and all obligations of the Bidders will thereafter be subject to the deadline as extended.

## 16. देर से बोलियाँ | Late Bids: क्रेता द्वारा निर्धारित बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद क्रेता द्वारा प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोली लगाने वाले को बिना खोले लौटा दिया जाएगा।

Any bid received by the Purchaser after the bid submission deadline prescribed by the Purchaser, shall be rejected and returned unopened to the Bidder.

## 17. बोलियों का स्पष्टीकरण | Clarification of Bids: बोली मूल्यांकन के दौरान, क्रेता अपने विवेक से बोली लगाने वाला से अपनी बोली के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है। स्पष्टीकरण और प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध

लिखित रूप में होगा, और बोली की कीमत या पदार्थ में कोई बदलाव नहीं माँगा जाएगा, पेश किया जाएगा या अनुमति दी जाएगी।

During the bid evaluation, the Purchaser may, at its discretion, ask the Bidder for a clarification of its bid. The request for clarification and the response shall be in writing, and no change in the price or substance of the bid shall be sought, offered or permitted.

**18. उत्तरदायी बोलियों का मूल्यांकन।Evaluation of Responsive Bids:** क्रेता उन बोलियों का मूल्यांकन करेगा जो पर्याप्त रूप से उत्तरदायी होने के लिए निर्धारित की गई हैं।

The Purchaser will evaluate the bids that have been determined to be substantially responsive.

**19. क्रेता से संपर्क करना।Contacting the Purchaser**

- i. बोली खोलने के समय से संविदा प्रदान करने के समय तक, यदि कोई बोलीदाता बोली से संबंधित किसी भी मामले पर क्रयदार से संपर्क करना चाहता है, तो वह लिखित रूप में कर सकते हैं।

From the time of bid opening to the time of Contract award, if any Bidder wishes to contact the Purchaser on any matter related to the bid, it shall do so in writing.

- ii. यदि कोई बोलीदाता क्रेता को सीधे प्रभावित करने का प्रयास करता है या अन्यथा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया और संविदा देने के निर्णय में हस्तक्षेप करता है, तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

If a Bidder tries to directly influence the Purchaser or otherwise interfere in the bid evaluation process and the Contract award decision, his bid shall be rejected.

**20. अवार्ड मानदंड।Award Criteria**

- i. क्रेता उस बोलीदाता को संविदा प्रदान करेगा जिसकी बोली पर्याप्त रूप से प्रतिक्रियाशील और सबसे कम बोली मूल्यांकित बोली के रूप में निर्धारित की गई है।

Purchaser will award the Contract to the Bidder whose bid has been determined to be substantially responsive and the Lowest Quote Evaluated Bid.

- ii. विश्वविद्यालय अलग-अलग बोलीदाताओं से अलग-अलग वस्तुओं/मात्रा को खरीदने का अधिकार सुरक्षित रखता है, क्योंकि समिति द्वारा तय किए गए उपकरण/उपकरण के समूह या किसी अन्य कारक की कीमत पर विचार किया जाता है।

The University reserves the right to buy different items/quantity from different bidders considering price of individual/group of equipment or any other factors as decided by the committee.

**21. बोली को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित करने का क्रेता का अधिकार।Purchaser's Right to Accept/Reject/Modify Bids**

- i. क्रेता किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे बोलीदाता के लिए कोई दायित्व नहीं बनता है।

The Purchaser reserves the right to accept or reject any bid or to annul the bidding process and reject all bids at any time prior to Contract award, without thereby incurring any liability to the Bidders.

- ii. क्रेता सबसे कम मूल्यांकित बोली वाले बोलीदाता के साथ बातचीत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

The Purchaser reserves the right to negotiate with the Bidder having the Lowest Evaluated Bid.

**22. क्रय आदेश प्रदान करना।Award of Purchase Order**

- i. बोली वैधता की अवधि की समाप्ति से पहले, क्रेता सफल बोलीदाता को लिखित रूप में आशय पत्र/क्रय आदेश जारी करेगा।

Prior to the expiration of the period of bid validity, the Purchaser will issue the Letter of Intent / Purchase Order to the successful Bidder in writing.

- ii. क्रय आदेश संविदा की नींव का गठन करेगा।  
The Purchase Order will constitute the foundation of the Contract.
- iii. सफल बोलीदाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित क्रय आदेश की प्रति तथा निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत किए जाने पर,  
Upon the successful Bidder's furnishing of the copy of the Purchase Order duly signed on each page and the Performance Security,

### 23. संविदा समझौता | Contract Agreement

- i. क्रय आदेश (पीओ) प्राप्त होने के पंद्रह (15) दिन के भीतर, सफल बोलीदाता क्रय आदेश के प्रत्येक पृष्ठ पर तारीख के साथ हस्ताक्षर करेगा और इसे प्रदर्शन सुरक्षा के साथ क्रेता को वापस कर देगा।  
Within fifteen (15) days of receipt of the Purchase Order (PO) the successful Bidder shall sign with date on each page of Purchase Order and return it to the Purchaser, along with the Performance Security.
- ii. प्रत्येक पृष्ठ पर सफल बोलीदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और दिनांकित क्रय आदेश की प्रति संविदा समझौते का गठन करेगी।  
Copy of Purchase Order duly signed and dated by the successful Bidder on each page shall constitute the Contract Agreement

### 24. सुरक्षा जमा | Security Deposit:

- i. क्रेता से अधिसूचना की प्राप्ति प्राप्त होने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर, सफल बोलीदाता संविदा मूल्य (वार्षिक रखरखाव शुल्क के मूल्य को छोड़कर) के 5% के बराबर सुरक्षा जमा प्रस्तुत करेगा। **सुरक्षा जमा सभी वारंटी अवधि के साथ मान्य होगा और वारंटी अवधि के पूरा होने की तारीख के बाद साठ (60) दिनों तक बढ़ाया जाएगा।**  
Within fifteen (15) days of receipt of notification of award from the Purchaser, the successful Bidder shall furnish the security deposit equal to 5% of the Contract value (excluding the value of annual maintenance charges). **The Security deposit will be valid all along the warranty period and shall extend upto sixty (60) days after the date of completion of warranty period.**
- ii. सुरक्षा जमा निम्नलिखित में से किसी एक रूप में होगी:  
The security deposit shall be in any one of the following form:
  - (a) **भारत में आरबीआई/भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित / निजी बैंकों** द्वारा जारी बोली दस्तावेजों के **अनुलग्नक-VII** में दिए गए प्रारूप में एक बैंक गारंटी, जिनकी शाखाएँ भारत में हैं।  
A bank guarantee (in the format as provided in **Annexure-VII** of the bidding Documents issued by **any Nationalized / Scheduled / Private Banks approved by RBI/ GOI having their branches in India.** (या/or)
  - (b) **तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवारूर** के पक्ष में माँग ड्राफ्ट देय  
A Demand Draft favoring, **Central University of Tamil Nadu** payable at **Thiruvavarur.**
- iii. एक बार संविदा के तहत आपूर्तिकर्ता के सभी दायित्वों को पूरा करने के बाद सुरक्षा जमा स्वचालित रूप से बातिल और शून्य हो जाएगी, जिसमें वारंटी अवधि और किसी भी विस्तार अवधि के दौरान कोई भी दायित्व शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है। सुरक्षा जमा आपूर्तिकर्ता को इसकी समाप्ति के बाद पंद्रह (15) दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।  
The security deposit shall automatically become null and void once all the obligations of the Supplier under the Contract have been fulfilled, including, but not limited to, any obligations during the Warranty Period and any extensions to the period. The security deposit shall be returned to the Supplier not later than fifteen (15) days after its expiration.

- iv. आवश्यकताओं का पालन करने में सफल बोलीदाता की विफलता निर्णय को रद्द करने और सुरक्षा जमा को जब्त करने के लिए पर्याप्त आधार का गठन करेगी, जिस स्थिति में क्रेता एक योग्य बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत अगली न्यूनतम मूल्यांकन बोली को लेने या नई बोलियों की माँग कर सकता है।

Failure of the successful Bidder to comply with the requirements shall constitute sufficient grounds for the annulment of the award and forfeiture of the Security deposit, in which event the Purchaser may make the award to the next lowest evaluated bid submitted by a qualified Bidder or call for new bids.

## 25. संविदा दस्तावेज | Contract Documents

- i. संविदा का हिस्सा बनने वाले सभी दस्तावेजों (और इन दस्तावेजों के सभी हिस्सों) का उद्देश्य सहसंबंधी, पूरक और पारस्परिक रूप से व्याख्यात्मक होना है। संविदा को समग्र रूप से पढ़ा जाएगा।।

All documents forming part of the Contract (and all parts of these documents) are intended to be correlative, complementary and mutually explanatory. The Contract shall be read as a whole.

- ii. संविदा दस्तावेजों की पूर्ववर्तिता का क्रम इस प्रकार होगा:

The order of precedence of the Contract documents will be as follows:

- a. संविदा करार | Contract Agreement
- b. अन्य सभी प्रारूप | All other Forms
- c. उपकरण और उनकी आवश्यकताएँ | Equipment and their Requirements
- d. आपूर्तिकर्ता की बोली | Supplier's Bid
- e. निविदा दस्तावेज | Tender Document

26. **संविदा में संशोधन | Amendment to Contract:** अनुबंध का कोई संशोधन या अन्य भिन्नता तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि यह लिखित रूप में न हो, स्पष्ट रूप से संविदा को संदर्भित करता है और संविदा के प्रत्येक पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित है।

No amendment or other variation of the Contract shall be effective unless it is in writing, is dated, expressly refers to the Contract and is signed by a duly authorized representative of each party to the Contract.

## 27. आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियाँ | Supplier's Responsibilities

- i. आपूर्तिकर्ता के दायित्वों में शामिल हैं | The Supplier's obligations involve:

- (a) निविदा दस्तावेज में दिए गए उपकरणों/वस्तुओं की आपूर्ति और उपकरण।

Supply of Equipment/items given in Tender Document.

- (b) उपकरण को चालू करना (उपकरण की संस्थापन, कमीशनिंग और सत्यापन)।

Making operational the Equipment (installation, commissioning & validation of Equipment).

- (c) परीक्षण विधियों और अनुप्रयोगों का विकास।

Development of test methods & applications.

- (d) प्रशिक्षण, आपूर्तिकर्ता की कीमत पर, संचालन में कर्मियों का, दिन-प्रतिदिन रखरखाव और उपकरण की समस्या निवारण

Training, at the cost of Supplier, of personnel in operation, day-to-day maintenance and troubleshooting of the Equipment

- (e) सामग्री की आपूर्ति (अनुदेश/संचालन/सेवा/रखरखाव मैनुअल जिसमें आरेखण और सर्किट आरेख और आवेदन नोट शामिल हैं), अंशांकन प्रमाणपत्र (जहाँ लागू हो, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पता लगाने योग्य) और अनुबंध में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़।

Supply of Material (instruction/operation/service/maintenance manuals including drawings & circuit diagrams and application notes), Calibration Certificates (where applicable, traceable to national/international standards) and any other documents specified in the Contract.

(f) वारंटी अवधि के दौरान और बाद में उपकरणों का रखरखाव (तीन साल की वारंटी के बाद एएमसी के तीन वर्ष)

Maintenance of the equipment during and after the warranty period (FIVE Years of AMC after the warranty of three years).

ii. आपूर्तिकर्ता, जब तक संविदा में विशेष रूप से बाहर नहीं किया जाता है, ऐसे सभी कार्यों और/या ऐसी सभी वस्तुओं, सेवाओं और सामग्रियों की आपूर्ति करेगा, जिनका संविदा में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसे संस्थापन और कमीशनिंग, एकीकरण और उपकरण के सत्यापन के लिए संविदा से यथोचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है जैसे कि संविदा में ऐसे कार्य और/या वस्तुओं और सामग्रियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था।

The Supplier shall, unless specifically excluded in the Contract, perform all such work and/or supply all such items, services and materials not specifically mentioned in the Contract but that can be reasonably inferred from the Contract as being required for installation & commissioning, integration & validation of Equipment as if such work and/or items and Materials were expressly mentioned in the Contract.

iii. आपूर्तिकर्ता भारत में लागू सभी कानूनों का पालन करेगा। कानूनों में सभी राष्ट्रीय, प्रांतीय, नगरपालिका या अन्य कानून शामिल होंगे जो संविदा के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं और आपूर्तिकर्ता के लिए बाध्यकारी हैं। आपूर्तिकर्ता आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसे कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न या उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति की किसी भी और सभी देनदारियों, क्षति, दावों, जुर्माना, दंड और खर्चों से खरीदार को क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रखेगा।

The Supplier shall comply with all laws in force in India. The laws will include all national, provincial, municipal or other laws that affect the performance of the Contract and are binding upon the Supplier. The Supplier shall indemnify and hold harmless, the Purchaser from and against any and all liabilities, damages, claims, fines, penalties and expenses of whatever nature arising or resulting from the violation of such laws by the Supplier.

## 28. उपकरण की आपूर्ति और संस्थापन का समय | Time for Supply, Installation, Commissioning and Validation of the Equipment

i. आपूर्तिकर्ता निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अर्थात् क्रय आदेश पर हस्ताक्षर करने के चार सप्ताह के भीतर या क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के भीतर उपकरण की आपूर्ति करेगा।

The Supplier shall supply the Equipment within the period specified in the tender document i.e. **within TEN weeks of signing the purchase order or within the period mutually agreed between purchaser and supplier.**

ii. इसके बाद आपूर्तिकर्ता संस्थापन और कमीशनिंग, एकीकरण और सत्यापन के साथ आगे बढ़ेगा और निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपकरण की परिचालन स्वीकृति प्रदर्शित करेगा, जब तक कि यह पारस्परिक रूप से सहमत न हो।

The Supplier shall thereafter proceed with the installation & commissioning, integration and validation and demonstrate operational acceptance of the Equipment within the period specified, unless it is mutually agreed.

## 29. भुगतान की शर्तें | Terms of Payment

i. **स्वदेशी उपकरणों** के लिए, 95% का भुगतान संतोषजनक वितरण, उपकरण के संस्थापन के बाद जारी किया जाएगा और शेष 5% वारंटी अवधि को कवर करने के लिए प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी जमा करने और वारंटी अवधि (38 महीने) के पूरा होने की तारीख के साठ दिनों बाद जारी किया जाएगा। **For indigenous equipment**, 95% payment will be released after satisfactory delivery, installation of the equipment and remaining 5% will be released on submission of a Bank

Guarantee as performance security to cover the warranty period and Sixty days after the date of completion of warranty period (38 months).

- ii. वारंटी अवधि के बाद वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए भुगतान, भारत सरकार के मानदंडों के अधीन, वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद छह महीने/1 वर्ष के अंत में जारी किया जाएगा।

Payment for annual maintenance contract after the warranty period shall be released at the end of six month/1 year after the expiry of warranty period, subject to Government of India norms.

- iii. यदि उपकरण की डिलीवरी से पहले किसी भी समय, यह पाया जाता है कि वही उपकरण भारत में किसी अन्य पार्टी को कम दर पर पेश किया गया है, तो भुगतान ऐसी कम दर की सीमा तक प्रतिबंधित होगा और आपूर्तिकर्ता क्रेता द्वारा दो दरों में अंतर अर्थात् ऐसी निम्न दर पर अतिरिक्त प्रभार, यदि क्रेता द्वारा भुगतान किया गया हो, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय एक पिछली अवधि की उचित जांच करेगा।

If any time before the delivery of the equipment, it is found that the same equipment have been offered to another party in India at a lower rate, payment shall be restricted to the extent of such lower rate and the Supplier shall be liable to pay the Purchaser the difference in two rates i.e. excess charged over such lower rate, if payment had been made by the purchaser. The University will look into a reasonable past period to ensure this.

- iv. बोलीदाता को **अनुलग्नक - V** में बोली दस्तावेज में दिए गए प्रारूप के अनुसार ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से ई-भुगतान के लिए मैंडेट फॉर्म जमा करना चाहिए।

The bidder should submit Mandate Form for e-payment through EAT module as per the format given in the bid document at **Annexure - V**.

- 30. कर एवं शुल्क | Taxes and Duties:** आपूर्तिकर्ता को संविदा के तहत आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में सभी नगरपालिका, राज्य या राष्ट्रीय सरकारी प्राधिकरणों द्वारा मूल्यांकन किए गए सभी करों, शुल्कों, लेवी और शुल्कों का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

The Supplier should ensure payment of all taxes, duties, levies and charges assessed by all municipal, state or national government authorities, in connection with the Goods and Services supplied under the Contract.

- 31. उत्पाद उन्नयन | Product Upgrades:** जब भी मौजूदा संस्करण में संशोधन किए जाते हैं या उत्पाद को अपग्रेड किया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपग्रेड करके आपूर्ति किए गए उपकरण के संस्करण/मॉडल का समर्थन और रखरखाव करना जारी रखेगा। जबकि सॉफ्टवेयर में अपग्रेड की आपूर्ति मुफ्त में की जाएगी, आपूर्तिकर्ता हार्डवेयर में अपग्रेड के लिए शुल्क ले सकता है, बशर्ते कि यह प्रमुख प्रकृति का हो। उपकरण का एक उन्नत उच्च संस्करण और उपकरण से संबंधित सॉफ्टवेयर की आपूर्ति की जाएगी।

The Supplier shall continue to support and maintain the version/model of the Equipment supplied by upgrading the software and the hardware as and when amendments are carried out in the existing version or the product is upgraded. Whereas upgrades to the software shall be supplied free of cost, the Supplier may charge for upgrade in hardware provided it is of major nature. An upgraded higher version of the instrument and software related with the instrument shall be supplied.

- 32. परिनिर्धारित नुकसान | Liquidated Damages**

- 32.1. यदि कोई फर्म किसी आदेश को स्वीकार करती है और उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, पूर्ण या आंशिक रूप से आदेश को निष्पादित करने में विफल रहती है, तो विश्वविद्यालय के अवितरित माल के

मूल्य का 0.5% की दर से प्रति माह या उसके भाग, अवितरित माल के मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन फर्म से परिनिर्धारित नुकसानी को वसूल करने के लिए तैयार होगा। विश्वविद्यालय को वैकल्पिक रूप से इस पर निर्णय लेना होगा कि शर्तों के अनुसार आदेश को निष्पादित करने में विफल रहने पर, फर्म के जोखिम और खर्च पर किसी भी स्रोत से आवश्यक सामग्री की खरीद की व्यवस्था की जा सकती है। इससे ठेकेदारों की अनुमोदित/पंजीकृत सूची से बकाएदारों का नाम हटाना भी आवश्यक होगा।

If a firm accepts an order and fails to execute the order, in full or part, as per terms and conditions, stipulated therein, it will be open to the University to recover liquidated damages from the firm at the rate of 0.5% of the value of the undelivered goods per week or part thereof, subject to a maximum of 10% of the value of the undelivered goods. It will also be open to the University alternatively, to arrange procurement of the required stores from any source, at the risk and expense of the firm, accepted and failed to execute the order according to stipulations agreed upon. This will also entail removal of the defaulters' name from the approved / registered list of Contractors.

- 32.2. यदि आपूर्तिकर्ता किसी भी समय सीमा में **दस** सप्ताह से अधिक की चूक करता है तो क्रेता संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

The Purchaser reserves the right to terminate the contract if the Supplier defaults on any of the time limits by more than **TEN** weeks.

### 33. दोष दायित्व | Defect Liability

- 33.1. आपूर्तिकर्ता वारंट करता है कि प्रदान किए गए सभी सब-असेंबली और घटकों सहित उपकरण, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग/विनिर्माण, कारीगरी और प्रदर्शन दोषों से मुक्त होंगे जो उपकरण और/या इसके किसी भी सब-असेंबली और घटकों को उपकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने से रोकते हैं या जो एक सामग्री फैशन में संचालन, विश्वसनीयता, सटीकता, संवेदनशीलता और उपकरण, इसकी उप-विधानसभाओं और घटकों की सटीकता को सीमित करें। संविदा के तहत आपूर्ति किए गए उत्पादों के वाणिज्यिक वारंटी प्रावधान इस सीमा तक लागू होंगे कि वे इस संविदा के प्रावधानों के साथ संघर्ष न करें।

The Supplier warrants that the Equipment, including all subassemblies and components provided, shall be free from defects in the design, engineering/manufacturing, workmanship and performance that prevent the Equipment and/or any of its subassemblies and components from fulfilling the Equipment Requirements or that limit in a material fashion the operation, reliability, accuracy, sensitivity and precision of the Equipment, its subassemblies and components. Commercial warranty provisions of products supplied under the Contract shall apply to the extent that they do not conflict with the provisions of this Contract.

- 33.2. वारंटी अवधि तीन वर्ष उपकरण के सत्यापन की तारीख से शुरू होंगे और निविदा दस्तावेज सुप्रा में निर्दिष्ट समय सीमा के लिए विस्तारित होंगे।

The Warranty Period THREE years shall commence from the date of validation of the Equipment and shall extend for the length of time specified in the tender document supra.

- 33.3. यदि वारंटी अवधि के दौरान उपकरण में कोई दोष पाया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता तुरंत, अपनी लागत पर, मरम्मत करेगा या अन्यथा इस तरह के त्रुटि के साथ-साथ इसके दोष के कारण उपकरण को होने वाले नुकसान को ठीक करेगा। कोई भी दोषपूर्ण उपकरण, सब-असेंबली या घटक जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा बदल दिया गया है, आपूर्तिकर्ता की संपत्ति बन जाएगा और अच्छी स्थिति में नया प्रतिस्थापित/बदला हुआ उपकरण क्रेता की संपत्ति बन जाएगा।

If during the Warranty Period any defect found in the Equipment, the Supplier shall promptly, at its sole cost, repair or otherwise make good such defect as well as any damage to the Equipment caused by such defect. Any defective Equipment, Subassembly or component that has been replaced by the Supplier shall become the property of the Supplier and the new substituted/replaced equipment in good condition shall become the property of the purchaser.

33.4. जब भी वारंटी अवधि के दौरान उपकरण में कोई बड़ी मरम्मत की जाती है, तो उपकरण का सत्यापन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।

Validation of the Equipment shall be carried out by the Supplier each time a major repair is carried out in the Equipment during the warranty period.

33.5. आपूर्तिकर्ता या उसके नामित सेवा एजेंट को दोषों की सूचना देने के बाद प्रतिक्रिया समय 24 - 48 घंटे तक का होगा। यदि इस तरह की खराबी और/या इस तरह के दोष को ठीक करने के कारण उपकरण को दो कार्य दिवसों से अधिक के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो उपकरण के लिए वारंटी अवधि उस अवधि के बराबर, क्रेता द्वारा ऐसे दोष के कारण और/या ऐसे दोष को ठीक करने की अवधि तक बढ़ा दी जाएगी जिसके दौरान उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सका।

Response time for attending to defects shall be 24 - 48 hours after they are reported to the Supplier or its designated service agent. If the Equipment cannot be used for more than TWO working days by reason of such defect and/or making good of such defect, the warranty period for the Equipment shall be extended by a period equal to the period during which the Equipment could not be used by the Purchaser because of such defect and/or making good of such defect.

### 34. **बौद्धिक संपदा अधिकार वारंटी और क्षतिपूर्ति | Intellectual Property Rights Warranty and Indemnity**

i. आपूर्तिकर्ता एतद्वारा द्योतित करता है और वारंट करता है कि अनुबंध के अनुसार आपूर्ति किए गए, संस्थापित और कमीशन किए गए उपकरण और अनुबंध के अनुसार क्रेता को प्रदान किए गए मैनुअल और अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि किसी तीसरे दल द्वारा आयोजित बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगी और न ही करेगी।

The Supplier hereby represents and warrants that the Equipment as supplied, installed & commissioned along with its Application Software and copying of Manuals & other documents provided to the Purchaser in accordance with the Contract does not and will not infringe any Intellectual Property Rights held by any third party.

ii. आपूर्तिकर्ता क्रेता को किसी भी और सभी नुकसानों, देनदारियों और लागतों (नुकसान, देनदारियों और इस तरह के दायित्व का दावा करने वाले दावे का बचाव करने में खर्च की गई लागत सहित) से किसी भी उल्लंघन और किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार का कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप क्रेता को नुकसान पहुँचा सकता है।

The Supplier shall indemnify and hold harmless the Purchaser from and against any and all losses, liabilities and costs (including losses, liabilities and costs incurred in defending a claim alleging such a liability), that the Purchaser may suffer as a result of any infringement or alleged infringement of any Intellectual Property Rights.

### 35. **फोर्स मेज्योर का प्रभाव | Effect of Force Majeure**

i. यदि आपूर्तिकर्ता को फोर्स मेज्योर की घटना द्वारा अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्वों को पूरा करने से रोका, बाधित, या विलंबित किया जाता है, तो यह क्रेता को ऐसी घटना के घटित होने और ऐसी घटना के घटित होने के पन्द्रह (15) दिनों के भीतर फोर्स मेज्योर की परिस्थितियों के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।

If the Supplier is prevented, hindered, or delayed from or in performing any of its obligations under the Contract by an event of Force Majeure, then it shall notify the Purchaser in writing of the occurrence of such event and the circumstances of the event of Force Majeure within fifteen (15) days after the occurrence of such event.

ii. फोर्स मेज्योर से प्रभावित होने पर आपूर्तिकर्ता, अनुबंध के अपने प्रदर्शन पर अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को कम करने और अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, अनुबंध को समाप्त करने के क्रेता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उचित प्रयासों का उपयोग करेगा।

The Supplier, when affected by the event of Force Majeure shall use reasonable efforts to mitigate the effect of the event of Force Majeure upon its performance of the Contract

and to fulfill its obligations under the Contract, but without prejudice to Purchaser's right to terminate the Contract.

- iii. फोर्स मेज्योर की किसी घटना के घटित होने के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा कोई देरी या गैर-प्रदर्शन:  
No delay or non-performance by the Supplier caused by the occurrence of any event of Force Majeure shall:
- (a) अनुबंध के डिफॉल्ट या उल्लंघन का गठन करेगा। Constitute a default or breach of the Contract;
  - (b) देरी या गैर-प्रदर्शन के कारण होने वाले नुकसान या अतिरिक्त लागत या व्यय के लिए किसी भी दावे को उत्पन्न करेगा। Give rise to any claim for damages or additional cost or expense occasioned by the delay or non-performance.
- iv. यदि फोर्स मेज्योर की एक या एक से अधिक घटनाओं के कारण अनुबंध के प्रदर्शन को तीस दिनों से अधिक की एक अवधि या साठ (60) दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए पर्याप्त रूप से रोका, बाधित या विलंबित किया जाता है, तो क्रेता के पास आपूर्तिकर्ता को नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा
- If the performance of the Contract is substantially prevented, hindered, or delayed for a single period of more than THIRTY days or an aggregate period of more than sixty (60) days on account of one or more events of Force Majeure, the Purchaser shall have the right to terminate the Contract by giving a notice to the Supplier.

**36. उपकरण की आपूर्ति और संचालन के लिए समय सीमा का विस्तार |Extension of Time Limits for supply & making operational the Equipment**

आपूर्ति, संस्थापन और कमीशनिंग, एकीकरण और सत्यापन के लिए समय सीमा बढ़ाई जाएगी यदि आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित में से किसी के कारण अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व के प्रदर्शन में देरी करता है या बाधित होता है:

The time limit for supply, installation & commissioning, integration & validation shall be extended if the Supplier is delayed or impeded in the performance of any of its obligations under the Contract by reason of any of the following:

- (a) फोर्स मेज्योर की कोई घटना |Any occurrence of Force Majeure;
- (b) अनुबंध में विशेष रूप से उल्लिखित कोई अन्य मामला |Any other matter specifically mentioned in the Contract;

ऐसी अवधि तक जो सभी परिस्थितियों में उचित होगी और जो आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए विलंब या बाधा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

By such period as shall be fair and reasonable in all the circumstances and as shall fairly reflect the delay or impediment sustained by the Supplier.

**37. समनुदेशन |Assignment:** आपूर्तिकर्ता, क्रेता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध या उसके किसी भाग को किसी तीसरे पक्ष को नहीं सौंपेगा।

The Supplier shall not, without the prior written consent of the Purchaser, assign to any third party, the Contract or any part thereof.

**38. बीमा |Insurance:** जहाँ आवश्यक हो, अनुबंध के तहत आपूर्ति की गई वस्तुओं को अनुबंध में निर्दिष्ट तरीके से निर्माण या अधिग्रहण, परिवहन, भंडारण और वितरण के लिए आकस्मिक नुकसान या क्षति के खिलाफ स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में पूरी तरह से बीमा किया जाएगा। यदि आवश्यक समझा जाए, तो बीमा युद्ध के जोखिम और हड़ताल की शर्तों सहित "सभी जोखिमों" को कवर कर सकता है। बीमा के तहत कवर की जाने वाली राशि गंतव्य पर माल प्राप्त करने के लिए खरीद इकाई द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय की देखभाल के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

Where necessary, the goods supplied under the contract, shall be fully insured in a freely convertible currency against loss or damage incidental to manufacture or acquisition, transportation, storage and delivery in the manner specified in the contract. If considered necessary, insurance may cover "all risks" including war risks and strike clauses. The amount to be covered under insurance should be sufficient to take care of the overall expenditure to be incurred by the procuring entity for receiving the goods at the destination.

### 39. जोखिम खरीद क्लॉज |Risk Purchase Clause:

निर्धारित वितरण अनुसूची के भीतर वस्तु/उपकरण की आपूर्ति की विफलता की स्थिति में, क्रेता को जोखिम खरीद क्लॉज के तहत आपूर्तिकर्ता के जोखिम पर अन्य स्रोत से वस्तु/उपकरण खरीदने का पूरा अधिकार है।  
In event of failure of supply of the item/ equipment within the stipulated delivery schedule, the purchaser has all the right to purchase the item/ equipment from the other source on the risk of the supplier under risk purchase clause.

### 40. सत्यनिष्ठा संधि |Integrity Pact:

a) केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी विभागों/संगठनों/विश्वविद्यालयों को प्रमुख सार्वजनिक क्रय गतिविधियों में पारदर्शिता, इच्छिटी और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए एक सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) अपनानी होगी। सत्यनिष्ठा समझौते में अनुबंध के किसी भी पहलू पर किसी भी भ्रष्ट प्रभाव का प्रयोग नहीं करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को प्रतिबद्ध करने वाले क्रेता के साथ संभावित बोलीदाताओं/विक्रेताओं के बीच एक समझौते की परिकल्पना की गई है। **केवल वे बोलीदाता/विक्रेता जो खरीद के साथ इस तरह के एक सत्यनिष्ठा संधि में प्रवेश करने के इच्छुक हैं, बोली में भाग लेने के लिए सक्षम होंगे।**

As per the directives of the Central Vigilance Commission all government department/ organizations/ Universities have to adopt an Integrity Pact (IP) to ensure transparency, equity and competitiveness in major public procurement activities. The integrity pact envisages an agreement between the prospective bidders/ vendors with the buyer committing the persons/ officials of both the parties with the aim not to exercise any corrupt influence on any aspect of the contract. **Only those bidders/ vender who are willing to enter in to such an integrity pact with the purchase would be competent to participate in the bidding.**

b) सत्यनिष्ठा संधि बोलियों के आमंत्रण की तारीख से अनुबंध के पूर्ण निष्पादन तक प्रभावी होगा।  
The integrity pact would be effective from the date of invitation of bids till complete execution of the contract.

c) सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) का मॉडल प्रारूप अनुबंध- X "ए" में है।

The model format of integrity pact (IP) is at Annexure – X “A”.

### 41. आपूर्ति की प्रगति |Progress of Supply: आपूर्तिकर्ता नियमित रूप से आपूर्ति की प्रगति को लिखित रूप में, जहाँ भी लागू हो, निम्नानुसार सूचित करेगा:

Wherever applicable, supplier shall regularly intimate progress of supply, in writing, to the purchase as under:

- निरीक्षण और तारीख के लिए दी गई मात्रा |Quantity offered for inspection and date.
- निरीक्षण एजेंसी द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत मात्रा; iii प्रेषिती को भेजी गई/वितरित की गई मात्रा और तारीख |Quantity accepted / rejected by inspecting agency and date; iii quantity dispatched / delivered to consignees and date.
- मात्रा जहाँ आकस्मिक सेवाओं को तारीख के साथ संतोषजनक रूप से पूरा किया गया है।  
Quantity where incidental services have been satisfactorily completed with date.
- मात्रा जहाँ तारीख के साथ सुधार/क्रयदार |Quantity where rectification/ Purchaser with date.
- आकस्मिक सेवाओं सहित पूरे अनुबंध के पूरा होने की तारीख, यदि कोई हो, और अनुबंध के तहत पूरे भुगतान की प्राप्ति की तारीख (चरण-वार निरीक्षण के मामले में, आवश्यक विवरण भी निर्दिष्ट किया जा सकता है)।

Date of completion of entire Contract including incidental services, if any, and date of receipt of entire payments under the Contract (In case of stage - wise inspection, details required may also be specified).

### 42. निरीक्षण एवं परीक्षण |Inspection and Tests: वस्तुओं के शिपमेंट से पहले और अंतिम स्वीकृति पर निरीक्षण और परीक्षण इस प्रकार हैं | Inspection and tests prior to shipment of Goods and at final acceptance are as follows:

- वस्तुओं के निर्माण और संयोजन के बाद, आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्तिकर्ता के संयंत्र में वस्तुओं का निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा, शिपमेंट से पहले यह जांचने के लिए कि वस्तुओं का क्रय आदेश (यदि आवश्यक हो) से जुड़ी तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप है या नहीं। इस आशय की तिथि पत्र के साथ निर्माता का परीक्षण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और वितरण दस्तावेजों के साथ जमा किया

जाएगा। यदि आवश्यक हो तो इस तरह के निरीक्षण और परीक्षण के दौरान क्रेता आपूर्तिकर्ता के परिसर में मौजूद रहेगा। यदि आवश्यक हो तो इस तरह के निरीक्षण और परीक्षण के दौरान क्रेता आपूर्तिकर्ता के परिसर में मौजूद होगा। जिस स्थान पर निरीक्षण किया जाना आवश्यक है, उसे स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए। आपूर्तिकर्ता आदेश स्वीकृति प्रस्तुत करते समय क्रेता की साइट पर वस्तुओं की स्थापना के लिए आवश्यक साइट की तैयारी, यदि कोई हो, के बारे में क्रेता को सूचित करेगा। क्रेता द्वारा एक अन्य मामले में निरीक्षण उस स्थान पर किया जाएगा जहाँ आपूर्ति निरीक्षण रिपोर्ट के सफल समापन के बाद ही की जानी है / आगे आवश्यक किया जाएगा।

After the goods are manufactured and assembled, inspection and testing of the goods shall be carried out at the supplier's plant by the supplier, prior to shipment to check whether the goods are in conformity with the technical specifications attached to the purchase order (if required). Manufacturer's test certificate with date sheet shall be issued to this effect and submitted along with the delivery documents. The purchaser shall be present at the supplier's premises during such inspection and testing if need is felt. The location where the inspection is required to be conducted should be clearly indicated. The supplier shall inform the purchaser about the site preparation, if any, needed for installation of the goods at the purchaser's site at the time of submission of order acceptance. In another case the inspections shall be by purchaser at the place where supply is to be made only after successful completion of Inspection report payment / further needful shall be done.

- स्वीकृति परीक्षण खरीद (यदि आवश्यक हो), उनके सलाहकार या खरीद द्वारा नामित अन्य व्यक्ति द्वारा अपने विकल्प पर उपकरण के आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में क्रेता की साइट पर स्थापित होने के बाद आयोजित किया जाएगा। स्वीकृति में परेशानी मुक्त संचालन और आदेशित विनिर्देशों और गुणवत्ता के अनुरूप का पता लगाना शामिल होगा। स्वीकृति परीक्षण करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। उपकरण के किसी भी हिस्से की कोई खराबी, आंशिक या पूर्ण विफलता होने की उम्मीद नहीं है। आपूर्तिकर्ता क्रयदार की पूरी संतुष्टि, निर्दिष्ट परीक्षण के सफल समापन को स्थापित करने के लिए परीक्षण के परिणाम के संबंध में आवश्यक लॉग बनाए रखेगा।

The acceptance test will be conducted by the Purchase (if required), their consultant or other such person nominated by the purchase at its option after the equipment is installed at purchaser's site in the presence of supplier's representatives. The acceptance will involve trouble free operation and ascertaining conformity with the ordered specifications and quality. There shall not be any additional charges for carrying out acceptance test. No. malfunction, partial or complete failure of any part of the equipment is expected to occur. The supplier shall maintain necessary log in respect of the result of the test to establish to the entire satisfaction of the purchaser, the successful completion of the test specified.

- ऑर्डर की गई वस्तु स्वीकृति परीक्षण पास करने में विफल रहने की स्थिति में, दोषों को सुधारने और स्वीकृति परीक्षण को साफ करने के लिए एक सप्ताह से अधिक की अवधि नहीं दी जाएगी, ऐसा न करने पर क्रेता को आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत पर उपकरण को बदलने का अधिकार सुरक्षित है।

In the event of the ordered item failing to pass the acceptance test, a period not exceeding one weeks will be given to rectify the defects and clear the acceptance test, failing which the purchaser reserve the right to get the equipment replaced by the supplier at no extra cost to the purchaser.

- संस्थापित माल और उपकरणों के लिए स्वीकृति परीक्षण का सफल संचालन और निष्कर्ष भी जिम्मेदारी और आपूर्तिकर्ता की कीमत पर होगा।

Successful conduct and conclusion of the acceptance test for the installed goods and equipment's shall also be the responsibility and at the cost of the supplier.

#### 43. आकस्मिक सेवाएँ । **Incidental Services:** आकस्मिक सेवाओं में निम्नलिखित भी शामिल हैं। The incidental services also include:

- विस्तृत संचालन और रखरखाव नियमावली के 01 सेट की प्रस्तुति।Furnishing of 01 set of detailed operations & maintenance manual.
- अपने भारतीय प्रतिनिधियों के माध्यम से आपूर्तिकर्ता की कीमत पर तर्कवि परिसर के भीतर वस्तु को उनके अंतिम संस्थापन के स्थान पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करना।Arranging the shifting / moving of the item to their location of final installation within CUTN premises at the cost of supplier through their Indian representatives.

**44. कार्यस्थल की तैयारी|Site Preparation:** आपूर्तिकर्ता को खरीद आदेश प्राप्त होने के तुरंत बाद उपकरण की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यस्थल की तैयारी, यदि कोई हो, के बारे में विश्वविद्यालय को सूचित करना चाहिए। आपूर्तिकर्ता को उपकरण के लिए आवश्यक स्थान और अन्य सभी बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिसे विश्वविद्यालय को उपकरण के आने से पहले व्यवस्थित करना चाहिए ताकि समय पर इसकी स्थापना और उसके बाद सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।

The supplier shall inform to the University about the site preparation, if any, needed for the Installation of equipment, immediately after the receipt of the purchase order. The supplier must provide complete details regarding space and all the other infrastructural requirements needed for the equipment, which the University should arrange before the arrival of the equipment to ensure its timely Installation and smooth operation thereafter.

आपूर्तिकर्ता विश्वविद्यालय का दौरा करेगा तथा उस स्थान को देखेगा जहां उपकरण स्थापित किया जाना है तथा वह विश्वविद्यालय को स्थान की तैयारी तथा अन्य संस्थापन-पूर्व आवश्यकताओं में अपनी सलाह तथा सहायता प्रदान कर सकता है।

The supplier shall visit the University and see the site where the equipment is to be Installed and may offer his advice and render assistance to the University in the preparation of the site and other pre Installation requirements.

**45. संस्थापन|Installation:** उपकरण, यदि आवश्यक हो, तो सफल बोलीदाता द्वारा तर्केंवि (यदि आवश्यक हो) पर सामग्री की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर संस्थापित किया जाना है। उपकरण की उत्पत्ति से संस्थापन स्थल तक आपूर्ति के दौरान उपकरणों और आपूर्ति को होने वाली किसी भी घटना / क्षति के मामले में, आपूर्तिकर्ता को इसे अपने जोखिम पर तुरंत नए उपकरण / आपूर्ति के साथ बदलना होगा। आपूर्तिकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार बीमा कंपनी के साथ अपने दावे का निपटान करेगा। तर्केंवि किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

The equipment or machinery has to be Installed or commissioned by the successful bidder within 30 days from the date of receipt of the item at CUTN (if required). In case of any mis-happening/damage to equipment and supplies during the carriage of supplies from the origin of equipment to the Installation site, the supplier has to replace it with new equipment/supplies immediately at his own risk. Supplier will settle his claim with the insurance company as per his convenience. CUTN will not be liable to any type of losses in any form.

**46. अतिरिक्त पुर्जे/Spare Parts:-** आपूर्तिकर्ता को उसके द्वारा निर्मित या वितरित अतिरिक्त पुर्जे से संबंधित निम्नलिखित सामग्रियों, अधिसूचनाओं और सूचनाओं में से कोई एक या सभी को उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है: The supplier may be required to provide any or all of the following materials, notifications, and information pertaining to spare parts manufactured or distributed by the supplier:

- i. ऐसे अतिरिक्त पुर्जे जिन्हें क्रेता आपूर्तिकर्ता से खरीदने का चयन कर सकते हैं, बशर्ते कि इसका चयन आपूर्तिकर्ता को अनुबंध के तहत किसी भी वारंटी दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा; और Such spare parts as the purchase may elect to purchase from the supplier, providing that this election shall not relieve the supplier of any warranty obligations under the contract; and
- ii. अतिरिक्त पुर्जे का उत्पादन बंद होने की स्थिति में: In the event of termination of production of the spare parts:
- iii. लंबित समाप्ति की खरीद के लिए अग्रिम सूचना, खरीद को आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त समय देने हेतु; तथा Advance notification to the purchase of the pending termination, in sufficient time to permit the purchase to procure needed requirements; and
- iv. ऐसी समाप्ति के बाद, यदि अनुरोध किया जाए तो, बिना किसी लागत के अतिरिक्त पुर्जे के ब्लूप्रिंट, चित्र और विनिर्देश उपलब्ध कराना। Following such termination, furnishing at no cost to the purchase, the blueprints, drawings and specifications of the spare parts, if requested.

आपूर्तिकर्ता को माल के लिए उपभोग्य अतिरिक्त पुर्जे जैसे गास्केट, प्लग, वॉशर, बेल्ट आदि की स्टॉक से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त इन्वेंट्री रखनी होगी। अन्य अतिरिक्त पुर्जे और घटकों की आपूर्ति यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी, लेकिन किसी भी स्थिति में ऑर्डर देने के छह महीने के भीतर।

Supplier shall carry sufficient inventories to assure ex-stock supply of consumable spare for the Goods, such as gaskets, plugs, washers, belts etc. Other spare parts and components shall be supplied as promptly as possible but in any case within six months of placement of order.

- 47. खराब उपकरण। Defective Equipment:** यदि निविदा द्वारा आपूर्ति किया गया कोई भी उपकरण घटिया, नवीनीकृत, अव्यावसायिक या विवरण / विनिर्देश के अनुसार नहीं पाया जाता है या अन्यथा खराब पाया जाता है, तो समिति को उपकरण या उसके हिस्से को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। यदि ऐसे उपकरणों के लिए भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो ऐसे उपकरणों की कीमतें 18% ब्याज के साथ निविदाकर्ता द्वारा वापस कर दी जाएंगी। सभी क्षतिग्रस्त या अस्वीकृत सामान आपूर्तिकर्ताओं की लागत और जोखिम पर वापस किए जाएंगे और उस पर किए गए आकस्मिक व्यय आपूर्तिकर्ताओं से वसूल किए जाएंगे। संस्थापन से पहले और / या वारंटी अवधि के दौरान उपकरण में कोई खराब भाग पाया जाता है तो अन्य सभी शुल्कों सहित आपूर्तिकर्ता की लागत और जोखिम पर इस कार्यालय से सूचना प्राप्त होने पर 45 दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा।

If any of the equipment supplied by the Tender is found to be substandard, refurbished, unmerchantable or not in accordance with the description/ specification or otherwise faulty, the committee will have the right to reject the equipment or its part. The prices of such equipment shall be refunded by the Tenderer with 18 % interest if such payments for such equipment have already been made. All damaged or unapproved goods shall be returned at suppliers cost and risk and the incidental expenses incurred thereon shall be recovered from the suppliers. Defective part in equipment, if found before Installation and / or during warranty period. Shall be replaced within 45 days on receipt of the intimation from this office at the cost and risk of supplier including all other charges.

- 48. ए.एम.सी। A.M.C:** वारंटी अवधि पूरी होने के बाद एक अलग वार्षिक रखरखाव अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। इसलिए, बोलीदाताओं को वारंटी अवधि के बाद अगले तीन वर्ष (वर्ष वार) के लिए एएमसी की कीमत उद्धृत करनी चाहिए। प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय, उत्तरदायी निविदाकर्ताओं की परस्पर रैंकिंग तय करने के लिए समग्र आधार पर मूल्यांकन किए गए निविदा मूल्य में निर्दिष्ट वर्षों के लिए माल के रखरखाव के लिए लागत घटक भी जोड़ा जा सकता है। ए.एम.सी अनुबंध के निष्पादन पर, प्रदर्शन सुरक्षा आपूर्तिकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

A separate annual maintenance contract will be executed after completion of the warranty period. Hence, bidders must quote price of AMC for next FIVE YEARS (year wise) after the warranty period. While evaluating the offers, the cost component towards maintenance of the goods for specified number of years may also be added in the evaluated tender value on overall basis to decide the inter se ranking of the responsive tenderers. On execution of the A.M. C contract, performance security will be returned to the Supplier.

- 49. चूक के लिए समाप्ति। Termination for Default :** क्रेता, अनुबंध के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आपूर्तिकर्ता को भेजे गए डिफॉल्ट के लिखित नोटिस द्वारा, अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है

The purchaser may, without prejudice to any other remedy for breach of contract, by written notice of default sent to the supplier, terminate the contract in whole or part:

- यदि आपूर्तिकर्ता ऑर्डर में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या खरीद द्वारा प्रदान किए गए किसी भी विस्तार के भीतर किसी या सभी सामानों को वितरित करने में विफल रहता है। If the supplier fails to deliver any or all of the Goods within the periods specified in the order, or within any extension thereof granted by the Purchase; या। or
- यदि आपूर्तिकर्ता अनुबंध के तहत किसी अन्य दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। If the supplier fails to perform any other obligations under the contract.
- यदि आपूर्तिकर्ता, क्रेता के निर्णय में अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या कपट प्रथाओं में शामिल है। इस खंड के प्रयोजन के लिए:

If the supplier, in the judgment of the purchaser has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in executing the contract. For the purpose of this clause:

- "भ्रष्ट तरीके"** का अर्थ है क्रय प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन में किसी सरकारी अधिकारी की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने के लिए कुछ मूल्य देने की पेशकश करना, कुछ प्राप्त करना अथवा माँगना। **"Corrupt practice"** means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of a public official in the procurement process or in contract execution.

- b) **"कपटपूर्ण तरीके"** का अर्थ है एक खरीद प्रोसेसर को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का एक गलत बयान, जो उधारकर्ता के नुकसान के लिए एक अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करता है, और इसमें बोली मूल्य स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किए गए बोलीदाताओं (बोली प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) के बीच कपटपूर्ण व्यवहार शामिल है। कृत्रिम गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर और उधारकर्ता को मुक्त और खुली प्रतियोगिता के लाभों से वंचित करना। यदि क्रेता पूरी तरह से या आंशिक रूप से अनुबंध को समाप्त कर देता है, तो क्रेता, ऐसी शर्तों पर और इस तरह से उचित समझे, माल या सेवाओं की खरीद कर सकता है, जो कि अवितरित के समान है, और आपूर्तिकर्ता क्रेता के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी समान वस्तुओं या सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त लागत। हालाँकि, आपूर्तिकर्ता अनुबंध के प्रदर्शन को उस सीमा तक जारी रखेगा, जिसे समाप्त नहीं किया गया है।

**"Fraudulent Practice"** means a misrepresentation of facts in order to influence a procurement processor the execution of a contract to the detriment of the Borrower, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after bid submission) designed to establish bid prices at artificial non- competitive levels and to deprive the borrower of the benefits of free and open competition;. In the event the purchaser terminates the contract in whole or in part, the purchaser may procure, upon such terms and in such manner, as it deems appropriate, Goods or Services similar to those undelivered, and the supplier shall be liable to the purchaser for any excess costs for such similar Goods or Services. However, the supplier shall continue the performance of the contract to the extent not terminated.

50. **अनुपालन प्रमाणपत्र/Compliance Certificate:** यह प्रमाणपत्र तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप होने का संकेत देते हुए प्रदान किया जाना चाहिए। This certificate must be provided indicating conformity to the technical specifications.
51. **शासी कानून/Governing Law:** अनुबंध को भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित किया जाएगा। The Contract shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of India.
52. **विवादों का निपटारा/Settlement of Disputes :** इस ठेकेदार के उल्लंघन, समाप्ति या उसकी अमान्यता से संबंधित/ उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या दावे का निपटारा तिरुवारूर के माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। Any dispute or claim arising out of/relating to this Contractor the breach, termination or the invalidity thereof, shall be settled by the Hon'ble Courts of Justice at Thiruvavarur / Madras High Court.
53. पृष्ठ संख्या को सभी पृष्ठों में क्रमानुसार अंकित किया जाना चाहिए (निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न सभी सहायक दस्तावेजों सहित) और इसके लिए घोषणा **अनुलग्नक -VIII** के रूप में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। The page number should be marked in all pages serially (including all supporting documents enclosed with the tender document) and the declaration for the same shall be submitted by the bidder as **Annexure-VIII**.
54. **कीमतों की तर्कसंगतता/REASONABILITY OF PRICES:** कृपया एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान के लिए लागू सर्वोत्तम न्यूनतम मूल्य उद्धृत करें, जिससे कीमतों पर किसी और बातचीत की कोई गुंजाइश न रहे। कोट करने वाली पार्टी को इस आशय का एक प्रमाण पत्र देना चाहिए कि उद्धृत मूल्य न्यूनतम हैं और उन्होंने उसी वस्तु को किसी अन्य ग्राहक को आईएनएसटी की पेशकश की तुलना में कम दरों पर उद्धृत नहीं किया है और न ही वे क्रय आदेश के प्रस्ताव या निष्पादन की वैधता तक, जो भी बाद में हो, ऐसा करेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि संलग्न फाइल (**अनुलग्नक "IX"**) में उचित मूल्य प्रमाणपत्र प्रारूप भरें।

Please quote best minimum prices applicable for a premier Research Institution, leaving no scope for any further negotiations on prices. The quoting party should give a certificate to the effect that the quoted prices are the minimum and they have not quoted the same item on lesser rates than those being offered to INST to any other customer nor they will do so till the validity of offer or execution of the purchase order, whichever is later. We request

you to fill the price reasonability certificate format in the enclosed file (**ANNEXURE "IX"**).

55. तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय किसी भी या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या बिना कोई कारण बताए अपने विवेक से निविदा को रद्द कर सकता है। इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

Central University of Tamil Nadu reserves the right to accept or reject any or all the tenders in part or whole or may cancel the tender at its sole discretion without assigning any reason whatsoever. No further correspondence in this regard will be entertained.

56. **पावती । Acknowledgement:** एतद्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि हमने ऊपर उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा कर लिया है और हम उनका पालन करने के लिए सहमत हैं । It is hereby acknowledged that we have gone through all the conditions mentioned above and we agree to abide by them

57. **क्रय प्राथमिकता । Purchase Preference**

**I) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम / Micro and Small Enterprises (एमएसई/MSEs):**

Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference.

Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 OM\_No.1\_4\_2021\_PPD\_dated\_18.05.2023 for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017

**II) मेक इन इंडिया को प्राथमिकता / Preference to Make in India**

Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate regarding the percentage of the local content failing which no purchase preference shall be granted.

a) In procurement goods or works which are covered under by para 3(b) of the extant Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 dated 04 June 2020 and which are divisible in nature, the "Class-I Local Supplier" shall get purchase preference over "Class-II Local Supplier" as well as "Non-Local Supplier" as per following procedure

- i) Among all qualified bids, the lowest bid will be termed as L1. If L1 is "Class-I Local Supplier", the contract for full quantity will be awarded to L1.
- ii) If L1 bid is not a "Class-I Local Supplier", 50% of the order quantity shall be awarded to L1. Thereafter, the lowest bidder among the "Class-I Local Supplier" will be invited to match L1 price for the remaining 50% quantity subject to the Class-I Local Supplier's quoted price falling within the margin of L1 + 20%, and contract for that quantity shall be awarded to such "Class-I Local Supplier" subject to matching the L1 price. In case such lowest eligible "Class-I Local

Supplier” fails to match L1 price or accepts less than the offered quantity, the next higher “Class-I Local Supplier” within the margin of L1 + 20% shall be invited to match the L1 price for remaining quantity and so on, and contract shall be awarded accordingly. In case some quantity is still left uncovered on Class-I local suppliers, then such quantity may be ordered on the L1 bidder.

In procurement goods or works which are covered under by para 3(b) of the extant Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 dated 04 June 2020 and which are not divisible in nature, and in procurement of services where the bid is evaluated on price alone, the “Class-I Local Supplier” shall get purchase preference over “Class-II Local Supplier” as well as “Non-Local Supplier” as per following procedure:

- i) Among all qualified bids, the lowest bid will be termed as L1. If L1 is “Class-I Local Supplier”, the contract will be awarded to L1.
- ii) If L1 is not a “Class-I Local Supplier”, the lowest bidder among the Class-I Local Supplier, will be invited to match the L1 price subject to Class-I Local Supplier’s quoted price falling within the margin of L1 + 20%, the contract shall be awarded to such Class-I Supplier subject to matching the L1 price.
- iii) In case such lowest eligible Class-I Local Supplier fails to match the L1 price, the “Class-I Local Supplier” with the next higher bid within the margin of L1 + 20% shall be invited to match the L1 price and so on and contract shall be awarded accordingly. In case none of the of Class-I Local Supplier within the margin of L1 + 20%, the contract may be awarded to the L1 bidder.
- iv) Class-II Local Supplier will not get purchase preference.
- v) In case such lowest eligible Class-I Local Supplier fails to match the L1 price, the “Class-I Local Supplier” with the next higher bid within the margin of L1 + 20% shall be invited to match the L1 price and so on and contract shall be awarded accordingly. In case none of the of Class-I Local Supplier within the margin of L1 + 20%, the contract may be awarded to the L1 bidder. iv) Class-II Local Supplier will not get purchase preference.

## तकनीकी विशिष्टता/TECHNICAL SPECIFICATION

यह अनुरोध किया जाता है कि इन विशिष्टताओं को पूरा करने वाले मॉडल(मॉडलों) को उनके विस्तृत विनिर्देशों और क्षमताओं के साथ उद्धृत किया जाए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि ये दिशानिर्देश के लिए न्यूनतम विनिर्देश हैं। विक्रेता अपने कोटेशन में सिस्टम का पूरा विवरण और विशिष्टताएँ दे सकते हैं। **सभी उपस्कर/उपकरण उचित भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए।**

It is requested that model(s) meeting these specifications be quoted along with their detailed specifications and capabilities. It may be noted that these are minimum specifications for a guideline. The vendor(s) may give full details and specifications of the system in their quote. **All the Equipment's/ Instruments shall conform to relevant Indian / International Standards.**

### **ITEM NO. 1: TECHNICAL SPECIFICATIONS OF HIGH-RESOLUTION MASS SPECTROMETER WITH NANO-LC / UHPLC FOR PROTEOMICS, METABOLOMICS AND LIPIDOMIC APPLICATIO S – 01 No.**

LC-HRMS must be quoted for target, suspect and non-target/discovery analysis of trace organic contaminants, their metabolites, metabolomics, proteomics in different sample matrices. The instrument should be capable of screening, identification and characterization of small Molecules and secondary metabolites, as well as large molecules like proteins application of different chemistry by LC-HRMS. The complete system should consist of: (A) SEPARATION DEVICE, (B) MASS SPECTROMETER, (C) SOFTWARE, and (D) ACCESSORIES, CONSUMABLES, AND WARRANTY.

#### **General Requirements of LC-HRMS:**

- The system should be a high-resolution, high-mass accuracy mass spectrometer designed for proteomics, relative quantitative proteomics, PTMs analysis, metabolomics, glycomics and Lipidomics.
- It must support both Data-Dependent Acquisition (DDA) and Data-Independent Acquisition (DIA) for qualitative and quantitative analyses.
- The instrument should be compatible with nanoLC for proteomics and UHPLC for metabolomics and lipidomics, respectively.

#### **Nano LC system**

1. Suitable for the proteomics application and should be compatible with the high-resolution mass spectrometer system
2. Ultra-low flow gradients for analyzing very low sample amounts.
3. Must have capability of fully automated sample preparation workflow with Autosampler
4. Realtime valve and pump control via electronic hardware should be available.
5. High organic gradients – for analyzing very hydrophobic samples
6. Retention Time Reproducibility : STD less than 2 seconds (200 samples/day method)
7. Pressure range: High Pressure pump:  $\geq 520$ bar or 1000 BAR (common)
8. Flow Range: High Pressure pump: 100nl/min to 5000 nl/min or better
9. Low pressure pump: 100nl/min to 80ul/min or better.
10. Appropriate Nano columns – (Qty. 5) to be provided.

### ***Auto sampler for Nano-LC***

1. Carry-over: <0.05% - 0.5% or better
2. It should have a sample capacity of six 96-tip racks.
3. Appropriate Tips for 96 tip racks to be provided.

### **Fast UHPLC system:**

- A. ***Pump:*** Must be an Ultra-High-Pressure Binary pump with integrated degasser, capable of mixing and delivering solvents at an operating pressure of 15000-18000 psi or better

System should have following minimum specifications:

- Operating flow rate range to be 0.001 to 5.000 mL/min.
- Operating pressure should be 15000-18000 psi or better.
- Inbuilt degasser
- Flow rate accuracy  $\pm 0.1-1\%$  or better
- Flow rate precision <0.05% - 0.075% RSD or better
- System dwell volume should be 100 -700  $\mu\text{L}$  or better
- Gradient/composition precision 0.15 % RSD

B. ***Auto sampler:***

- Injection volume: 0.01 to 25  $\mu\text{L}$  or more
- Injection Volume Accuracy  $\pm <1\%$  or better
- Injection Volume Precision <0.1% - 0.25 % area RSD or better
- Auto sampler should have a capacity of min. 110 vials of 1.5 ml or more. A sample cooler facility to be available, with a built-in sample cooling device.
- Sample carryover < 0.004%
- Sample cooling range from 4°C – 40°C

C. ***Column Heater:*** The column oven should offer versatility in terms of its capacity, temperature range and stability. Rapid temperature adaptation is also desirable for method development and workflow switching.

- Column oven should have temperature setting range from 5°C to 85°C
- It should have temperature accuracy  $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Column compartment must include column switching valve with provision to hold four columns. The number of inlets and outlets should be clearly specified.

### **High Resolution Mass spectrometer**

1. The system should include ESI, APCI and nano ESI source. Electro Spray ionization sources should be capable to handle flow rates from 1  $\mu\text{L}/\text{min}$  to 1000  $\mu\text{L}/\text{min}$  in ESI mode and from 100 nL/min to 5000 nl or better flow without splitting for Nano LC ESI source.
2. System should be able to access resolving power of (FWHM) 60,000 – 2,50,000 or above across mass to support elemental analysis to aid in compound characterization and identification of metabolites, small molecules and peptides. Better the resolution will be preferred.
3. The system must have mass correction/mass stabilizing capability offering Mass Accuracy of <1ppm for 10 replicates.

4. The system should have Quadrupole Mass analyzer followed by any High-Resolution Mass analyzer
5. Scan Speed/Spectral Acquisition Rate of the system should be 24 spectra/second or equivalent (22-25HZ) or better capable of providing sufficient data points across the peaks
6. Dynamic Range: At least 4 / 5 orders of linear dynamic range or better, to identify and quantify both high and low abundant analytes in complex samples.
7. Dissociation: system should have advance fragmentation technique which allows better fragmentation even for lower masses
8. The Mass spectrometer must be capable of fast polarity switching with One full cycle in < 1 sec or better
9. High Resolution Analyzer Mass Range: The mass range of the analyzer must be up to 6000 m/z to 10,000 m/z or better.
10. Sensitivity: The signal noise ratio (S/N) in MS/MS and SIM mode of reference standard on column should be minimum for 200 fg to 1pg is 1000:1 and above
11. The instrument should be capable of performing Qualitative and relative quantitative analysis with the highest sensitivity, accuracy, precision, and reproducibility.
12. The system should have variable window acquisition mode for precursor ion selection.
13. System shall have provision for the reducing insource fragmentation to avoid the false positive identification while handling fragile metabolites
14. System should not have tradeoff between sensitivity and resolution
15. System should have capabilities for improved determination of charge states and monoisotopic m/z values of isotopic envelopes

\*System should be able to seamlessly control and switch to nano-LC and UPLC

(Note: The vendors should specify the system performance parameters clearly and all the specifications quoted should be available in their company brochure and official documents. Any claims of specifications that are not available in the company brochure or official documents will not be accepted).

### **Workstations and software**

- Software for proteomics applications like – Bottom-up sequencing, sequence variance/ sequence tags etc. that can perform both qualitative and quantitative analyses with statistical tests should be provided along with system.
- Protein identification & database searching capability software for proteomics application shall be quoted
- Original and licensed universal perpetual software, computers, and workstations and all interfacing hardware and software for instrument control, data acquisition and data processing must be supplied compatible to the LC-MS system.
- Inbuilt / Acquisition computer should be provided with high configuration workstation with Xeon processor, 64 GB RAM, 8TB HDD, 500 GB M.2 SATA SSD, Windows 10 OS, 32" Monitor, keyboard, etc. should be quoted for main system.
- Another computer should be provided with high configuration workstation with Xeon processor, 64 GB RAM, 8TB HDD, 500 GB M.2 SATA SSD, Windows 10 OS, 32" Monitor, keyboard, etc. should be quoted for metabolomics works
- Additional high configuration workstation with i7 processor, 64 GB RAM, 8TB HDD, 500 GB M.2 SATA SSD, Windows 10 OS, 32" Monitor, keyboard, etc. should be

quoted for off-line data processing for layer software of proteomic and other mentioned applications.

- Screening, Component Identification & Structural Elucidation workflows. The structure interpretation tool is mandatory. The software should also have the capability for assigning structures by taking fragment ion spectra into account and automatically calculating fragments based on algorithms. Also, it should have the following functions:
  - An effective data mining tool for complex samples should be able to extract chemically related compounds while correlating isotopic fidelity & Mass Accuracy.
  - Elemental formula generation capability and Compound Structure correlation with MSMS data.
  - All vendors need to include specific, required software for Identification and verification, linked software to enable quick manual review of complex data sets, Compound-based data browsing with dynamic links to spectra and chromatograms.
  - Database and library for Metabolites, peptides, lipids, toxins, pollutants etc must be provided with a system. Access to MassBank, MoNA, CompTOX, PMhub, PMDB, HMDB, Protein Central UniProt etc. or its equivalents should be available .
  - The software should have a workflow for performing both semi-targeted (using internal library) and non-targeted (using an External library such as Chemspider) data processing in a single run without the requirement of reprocessing the data.
  - Software to automatically process complex chromatographic datasets composed of many components, which may be incompletely separated from one another.
  - Quoted software should be capable of integrating and should be able to take data files from different HRMS / MS MS technologies etc. in future.
  - The Software should be capable of generating chemical formulas and the structure of unknown compounds. All required software for unknown structure identification should be quoted.
  - Suitable colour laser printer should be provided to print the reports

### **Gas Generator:**

A suitable Branded Nitrogen gas generator with a built-in compressor at the required purity, pressure and flow rate for the Mass Spectrometer must be quoted. All the required accessories, such as arrangement for Nitrogen gas supply through gas generator, calibration/tuning solution, gas compressor, and other tools/supplies essentials for operation of the instrument, should be supplied along with the instrument.

### **Others:**

- Software and applications support in India to be made available and provide necessary on-site training.
- Application development support and instrument operation SOP development/support during the warranty/CMC period.
- 15 kva online (3 Phase \* 3 Phase) with inbuilt transformer and 120 mins back should be supplied.
- Include columns for nanoLC and UHPLC to meet the requirements of small molecule analysis, PTMs, peptide mapping, and discovery proteomics.
- Auto sampler vials and well plates should be included.
- All specifications must be supported by the official brochures from the company, and no lab data shall be entertained
- Vendor should ensure the availability of the spares for next 10 years from the date of installation.

- Vendor must have good service and application support in India to support the Institute as and when required.
- Workflow-based part training should be given to the users in the lab on a set of dates in the first year of installation is mandatory.

### **Accessories & Consumable**

1. 0.2 µm Nylons Filters (2000 Nos)
2. 2 mL Clear sample vials (screw top) with PTFE septa (1500 Nos) and vial inserts (500 Nos)
3. 2 mL Amber glass vials (screw top) with PTFE septa (1500 Nos)
4. C-18 column along with Guard cartridges and fittings kit (5 Nos)
5. Advanced Bio compatible columns also should be provided (3 Nos)
6. Ultrapure LCMS acetonitrile, methanol and water (5L each)
7. MS grade Formic acid (1L)
8. Suitable gas cylinder with regulator, filter & tubing (2 Nos each)
9. 10 boxes of tips for nano LC should be provided for 96 tip racks.
10. Bench-top vacuum concentrator for controlled centrifugal evaporation and solvent removal, featuring programmable operation with digital display for setting and monitoring time, temperature, and vacuum parameters. Integrated all-in-one design with oil-free vacuum source, vacuum ramping and ultimate vacuum control to optimize drying efficiency and minimize sample bumping across mixed solvents. Equipped with dual timers, PTFE-coated chamber, chemically resistant radiant cover for enhanced drying, and a standard glass safety lid, suitable for protein sample preparation
11. Benchtop laboratory centrifuge for medium-throughput applications with maximum speed of ~14,000 rpm ( $\geq 20,000 \times g$ ) and digital control of RPM/RCF. Must support interchangeable rotors for tubes and bottles from 0.2 mL up to ~250 mL, including compatibility with microplates (MTP, PCR, cell culture, deep-well plates). Refrigerated configurations (-10 to 40.C), with built-in safety features, low noise operation, and suitability for metabolomic sample preparation.
12. Training of staffs and students for 5 days
13. Technical manpower support for 2 years for the effective running of the instrument and data analysis should be included in the quote

**Warranty:** 3 Years Standard Warranty on the complete system (with one PM kit per year) on main instrument including PM Kits and all hardware consumables, is a must on the complete system, including third-party items such as Nitrogen generator and UPS (including batteries), Gas panel purification systems, Regulators and the same must be mentioned in the quotation by the vendor or principal. Any repair work or replacement of spares needs to be done on-site.

- Minimum two functional installations of the quoted model in India meeting the aforementioned applications.
- On-sight installation, pre-installation site inspection, and performance demonstration. Declaration for minimum ten years of use guarantee.

**ITEM NO. 2: TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR TRIPLE QUAD GCxGC/ MSMS FOR VOLATILE, PESTICIDES, METABOLOMICS APPLICATION AND OTHER ACADEMIC CHEMISTRY APPLICATIONS - 01 No.**

**Core specifications:**

- Hyphenated Gas Chromatography and Triple Quadrupole Mass Spectrometry Detector for chemistry and academic applications. GC/GC-MSMS and the mentioned sample introduction techniques should be capable of performing applications like Voc in fruits and vegetables, flavors and fragrance, pesticides and metabolites. The given specification should meet this complete application scope, failing tenders will be summarily rejected.
- The entire part of Gas Chromatograph with auto sampling and detectors must be of same original equipment manufacturer (OEM).
- The pressure and flows must be independently controlled for all injectors and detectors through software.
- The GC must be able to house and operate with three detectors simultaneously, including a mass spectrometer.

**GC/GC Oven:**

- Operating temperature up to 450 °C.
- must allow for programmable temperatures including > 20/20-ramps/plateaus
- the maximum heating rate should be 120 °C/min or better
- Oven cooling must be in less than 5 minutes.
- Retention time repeatability < 0.008% or <0.0008 min or better
- The electronic pneumatic controls must be integral part of injector and detector modules and must not be installed into the oven mainframe.
- Reverse flow Modulator : Should have pressure resource and necessary connection for connecting both polar and non-polar columns for estimation of profiling compounds in fruits and its ripening process.

**Inlets/injectors:**

- The injector must provide a gas saving mode which reduces the split flow to a user-defined flow rate after a user-defined time.

**Split/Splitless injector (Qty 1)**

- The injector must be able to operate with capillary and wide bore (50 µm to 530 µm internal diameter) columns as well as packed columns.
- It must be possible to set the split ratio of the SSL injector between 0 and 12000:1 ratio.
- It should have 1000 kpa digitally controlled carrier gas with gas saver and septum purge

**Sample Introduction Technique (QTY 1):**

1) Sample introduction technique where liquid injection, Headsapce technique, and SPME should be there in a single technique.

2) Thermal desorption with autosampler,  
Splitless, single-split and double-split options  
100-tube capacity or better

Trap heating rate: 100 degree Celsius or better

Chamber for monitoring different stages of fruits and vegetables ripening process by trapping evolved gases/ VOC should be included

### **Programmable Temperature Vaporizer Injector (Qty 1)**

- It should support hot/cold split and splitless modes as well as large volume injections (solvent split) and On Column (TPOC).
- Temperature range with air cooling: Ambient +5 °C up to 400 °C or better
- Temperature programming of up to 3 ramps at up to 870 °C/min
- Pressure Range- up to 100 psi or better

### **Detector:**

- The FID detector with below specification must be quoted.
- Detection Limits – 1.2 pg C/s Electronic/Advance Flow Control.
- Dynamic Range –  $10^7$  or better,
- Temperature Range: Up to 400 deg C or more,
- Automatic flame out detection and re-ignition,
- Acquisition rate: 600 Hz or more

### **Ion Source:**

- The mass spectrometer must offer a EI ion source made of solid, non-coated, inert material.
- The ion source must be heated by a block heater up to 350 °C
- There should be dual filament assembly for EI and spare dual filaments should also be quoted.
- The electron energy must be user-definable, adjustable from 0 to 300eV or better.
- GC transfer line must have a settable temperature limit of up to 350 degree Celsius or better, for ideal transfer of components from GC to MS.
- An off-axis ion guide must be provided after the ion source and before the analysing quadrupole or equivalent mechanism must be provided to avoid noise and contamination.

### **Triple Quadrupole Mass Analyzer:**

- The mass range must be m/z 10 to 1050 or better
- The resolution must be  $\leq 1.0$  amu over the entire mass range
- The quadrupole analyzer must support fast scanning at 20,000 u/sec.
- The quadrupole rods must be made of inert, non-coated, and must be cleanable. Quadrupole must be metallic/quartz monolith quadrupole robust enough to allow cleaning of any contamination or quadrupole with pre-Quad rod to prevent contamination to enter.
- The acquisition rate for SRM transitions must allow for measurement of more than 800 SRM per second.
- The minimum SRM/MRM dwell time must not be greater than 0.5 ms
- Installation Specifications - both the specifications to be demonstrated during installation, and shouldn't be a reference specification

### **Electron Ionization MRM/SRM**

- 1  $\mu$ L of 100 fg/ $\mu$ L octafluoronaphthalene (OFN) should produce the following minimum signal-to-noise for the transition from m/z 272 to m/z 222 S/N: 30000:1 or better

### **Instrument Detection Limit-**

- $\leq 0.3$ fg or less OFN derived at the 99% confidence level from area precision of eight sequential injections of 1  $\mu$ L, of 1 fg/ $\mu$ L OFN, acquired in EI SRM/MRM mode

**Collision Cell:**

- The collision cell must use high-speed optics for maximum ion transmission.
- The collision energy must be adjustable in the range of 0 – 60 eV in user-programmable increments of 1 eV.
- The collision cell must support minimum SRM / MRM dwell time of 500  $\mu$ s.
- The collision cell must have the capability to run with argon collision and SRM installation specifications run using this gas

**Detection System:**

- The detection system must utilize digital electronic noise discrimination and a new generation discrete dynode electron multiplier.
- The detection system must provide electronic dynamic range greater than nine orders of magnitude ( $>10^7$ ).

**Vacuum System:**

- The vacuum system must use an air-cooled high vacuum pump ( $>250$  L/s or better) and include control and safety interlocks integrated into the GC-MS system with Turbo molecular pump or better
- The vacuum system must include 3.3 m<sup>3</sup>/hr rotary-vane oil fore-pump.

**Instrument Control:**

- The instrument control must have the ability to acquire data in centroid, profile or nominal modes.
- The instrument control must support the following scan modes:
- MS Mode: full scan (FS), SIM and FS/SIM simultaneous within a single sample injection,
- MS/MS Mode: full scan (FS), SRM and FS/SRM simultaneous within a single sample injection
- Product ion scan
- Precursor ion scan
- Constant neutral loss scan
- The instrument control must have the ability to alternate between Full Scan MS and SRM/SIM target analysis on successive scans.
- The instrument control must include an automated SRM method development tool, which allows for automated, user-selectable criteria-guided SRM method development.

**Software:**

- 32/64 Bit Advanced Chromatographic integration software. Software should be user friendly & simple for data handling with feature like easy-to-use report publisher, online help and answer wizard, Report writing facility , GLP fully compatible with latest Windows.
- GCxGC Image software
- A single software should control and acquire data for all the modules including headspace and MS.
- The system should be provided with latest & licensed original copy of NIST with WILEY library, Pesticide MRM database, flavor and fragrance library, Fiehn metabolomics library should be provided.
- Relevant database related to food applications to be quoted.

- Fully automated data acquiring & processing software with original CD should be quoted with catalogue number.
- It should have easy automatic method development feature
- Software must be capable to operator GC-FID operation as well. If any additional software like CDS software must be quoted for GC-FID operation.

**Following consumables/additional utilities need to be provided**

- 1 column each- polar, mid polar and non polar application should be quoted
- Graphite/Vespel ferrule for 0.25mm ID Column Qty 10
- Graphite/Vespel ferrule for 0.32mm ID Column Qty 10
- Graphite ferrule for 0.1mm to 0.32mm ID Column Qty 10
- Graphite/Vespel ferrule for 0.53mm ID Column Qty 10
- Injector Septa - Qty 50
- Electron multiplier – 1 No
- Capillary Column nut for S/SL Injector – each Qty 5
- 10ul Liquid Auto Sampler Syringe – Qty 3
- Syringe for CTC pal sampler should be provided – 5 Nos
- 2ml size vial with cap & septa – Qty 500
- Head space vial – 100 Nos
- SPME arrow fiber- 100 Nos
- QuEChERs kit- Each 1000 nos for extraction and dispersive kit should be provided
- Vacuum Pump Oil 1 ltrs – Qty 1
- Filament for GC-MS – Qty 4
- Liner sealing ring for S/SL– each Qty 25
- Split & Splitless Liner for S/SL– each Qty 25
- DB-5MS or equivalent column- 2 NoS (30MX25MMX0.25 um)
- DB-1Ms or equivalent column – 2 NOS
- Calibration solution loading ring for thermal dis
- Inlet seal for Split & Splitless mode- each Qty 5
- Capillary column cutter – Qty 1
- Calibration compound FC-43 – Qty-1
- Aluminium Oxide – 2
- Ferrule for MS – 50 nos
- Branded PC i7, 32 GB DDR4 RAM, 500 GG M.1 SSD, Optical mouse, 32 ” LCD/LED – 1 No.
- Instrument compatible colour laser printer should be provided
- Gas cylinders for Hydrogen, Argon, Zero Air, Nitrogen, Helium– 2 Nos each, Dual stage regulators – 1 No. for each gas
- Wall mount Gas purification and control system for gases
- Installation kit for GC- 1 Nos
- Head space Decapper- 1 No
- Head space decapper- 1 NO
- 15 KVA online UPS with 120 min back up should be supplied
- Sorbent tube – 10 Nos
- Cap lock tool – 10 Nos
- Training of staffs and students for 5 days

**Warranty:** 3 Years Standard Warranty on the complete system (with one PM kit per year) on main instrument including PM Kits and all hardware consumables, is a must on the complete system, including third-party items such as UPS (including batteries), Gas panel purification systems, Regulators and the same must be mentioned in the quotation by the vendor or principal. Any repair work or replacement of spares needs to be done on-site.

<b>तकनीकी बोली/TECHNICAL BID</b>			
1.	कंपनी/संगठन का नाम/Name of the Company/Organisation		
	पूरा पता/Complete Postal Address:		
	परिसर का पूरा पता/ Full address of the premises		
	टैलेक्स सं. /Telex number		
	दूरभाष सं./Telephone number		
	फैक्स सं./Fax number		
	स्वामी/साझेदारों के नाम/ Name of the proprietor /Partners		
2.	ई-मेल आईडी/E-mail ID:		
	फर्म के संपर्क व्यक्ति/प्रतिनिधि का नाम/ Name of Contact Person/ representative of firm		
	पदनाम/Designation:	मोबाइल संख्या/Mobile number:	
विवरण/Particulars		बोलीदाता की टिप्पणी/Remarks of Bidder	संलग्न दस्तावेजी प्रमाण की पृष्ठ सं./ Documentary proof Attached at page no.
3.	व्यवसाय की प्रकृति /Nature of Business		
4.	भारत में परिचालन वर्ष /Years of operations in India		
5.	स्थापना वर्ष/Years of Establishment		
6.	भारतमेंकार्यालयोंकास्थान/Location of offices in India		
7.	फर्म का प्रकार/Type of firm: Proprietary/ Private/ Private Ltd/ MNC/ Cooperative /Govt. undertaking		
8.	फर्म पंजीकरण सं./Firm Registration No.		
9.	निर्माण की शुरुआत का वर्ष / Year of starting of manufacturing		
10.	पीएन संख्या/PAN Number		
	जीएसटी संख्या/GST Number		
11.	Experience towards dealing with the supply of similar equipment at least <b>FIVE years</b> as on 31.03.2025.		
12.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्थात् 2022-23, 2023-24 और 2024-25, तक प्रति वर्ष कम से कम <b>3 करोड़ 42 लाख रुपये</b> का औसत वार्षिक कारोबार।Average Annual turnover of at least Rs. <b>3 crore 42 Lakhs</b> per year during the last THREE financial years viz. 2022-23, 2023-24 and 2024-25		
	वार्षिक कारोबार  Annual Turnover (2022-2023)		
	वार्षिक कारोबार  Annual Turnover (2023-2024)		
	वार्षिक कारोबार  Annual Turnover (2024-2025)		
13.	कम से कम तीन प्रतिष्ठित केंद्र/राज्य सरकार के शैक्षिक/अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालय, कॉलेजों को समान उपकरणों की आपूर्ति।Supply of similar equipment to at least three reputed central/ state government educational/research institutions, University, Colleges.		
14.	चेन्नई / त्रिची / तंजावुर / कुंभाकोणम या तमिलनाडु/पाण्डिचेरी, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के किसी अन्य नजदीकी शहर / कस्बे में अधिकृत सेवा केंद्र । Authorized service centre in Chennai / Trichy / Tanjore / Kumbakonam or any other nearby city/town in Tamil Nadu / Pondicherry, Karnataka, Kerala, Telangana and Andhra Pradesh		
15.	भारत में सेवा केंद्रों का नाम और स्थान  Name & Location of service centres in India		

16	क्या ओईएम भारत में कोई सेवा समर्थन उपलब्ध कराता है। Whether the OEM makes available any service support in India	
17	क्या सर्विस सेट अप भारत में आवश्यक पुर्जों का स्टॉक रखता है Whether the service set up maintains stock of essential spares in India	
18	आवश्यक पुर्जों की आपूर्ति के लिए समय सीमा। Lead time for supply of essential spares	
19	क्या फर्म को कभी किसी सरकारी संगठन/विभाग द्वारा प्रतिबंधित/काली सूची में डाला गया है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण और यदि नहीं, तो वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए। Has the firm ever been debarred/blacklisted by any Govt. Organization/Dept.? If yes details thereof and if No. undertaking to be submitted	
20	क्या अनुबंध IX के अनुसार उचित मूल्य वचनबद्धता प्रस्तुत की गई है (हाँ/नहीं और पृष्ठ संख्या का उल्लेख करें)/Whether Submitted Price Reasonability Undertaking as per Annexure IX (Mention YES /No and Page No.)	
21	_____ रुपये के लिए ईएमडी का विवरण, डीडी संख्या _____ और दिनांक: _____ (या) एनएसआईसी / एमएसएमई / एसएसआई पंजीकरण संख्या: _____ Details of EMD for Rs. _____, DD. No. _____ & Date: _____ (OR) NSIC/MSME/SSI Registration No.: _____	
22	अनुबंध - X और X "ए" के अनुसार सत्यनिष्ठा समझौता /Integrity Pact as per Annexure – X & X "A"	
23	मेक इन इंडिया को प्राथमिकता: यदि हाँ, तो मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने के लिए स्व-घोषणा अनुबंध- XI के अनुसार संलग्न की जानी है Preference of Make in India: If yes, self-declaration for preference to Make in India is to be attached as per Annexure – XI	
<p>तीन संतुष्ट ग्राहकों के प्रशंसापत्र संलग्न किए जा सकते हैं। Testimonials from three satisfied customers may be attached</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>अनुबंध-IV</b> के अनुसार निविदाकर्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपकरणों की विशिष्टताओं का अनुपालन विवरण। Compliance Statement to specifications of the equipment to be provided by the tenderer as in <b>ANNEXURE-IV</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> सभी उपकरणों को 230V/50 Hz सिंगल फेज़ और/या समकक्ष त्रि फेज़ विद्युत शक्ति पर संचालित होना चाहिए। All equipment must operate at 230V/50 Hz single phase and/or equivalent three phase electrical power.</li> <li><input type="checkbox"/> उद्धृत मॉडल भौगोलिक स्थिति के अनुसार होगा। Quoted model shall be in accordance to the geographical location.</li> </ul> <p style="text-align: right;">हस्ताक्षर/Signature _____ नाम/Name _____ पदनाम/Designation _____</p> <p>दिनांक/Date: _____ स्थान/Place: _____</p> <p>कंपनी का मुहर/Seal of Company : _____</p>		

**बोली का मूल्य / PRICE BID**  
**स्वदेशी आपूर्तियों के लिए कोटेशन केवल भारतीय रुपए में**  
**FOR INDIGENOUS SUPPLIES, QUOTES IN INR ONLY**

क्र.सं. Sr. No	सामग्री और विशिष्टि का विवरण/ Description of Item & Specification	एचएसएन कोड/एसएस ी कोड।HSN Code / SAC Code	ईकाई में मात्रा /Qty . in Unit s	इकाई मूल्य/Unit Price ₹	GST %	आई जीए सटी/ IG ST %	सीजीए सटी/C GST %	एसजी एसटी/ SGST %	कुल बोली मूल्य/ Total Bid Price
1			1No.						
	संस्थापन और कमीशनिंग शुल्क (यदि कोई हो, भारतीय रुपये में)/ <b>Installation and commissionin g Charges</b> (if any, quote in INR)								
	<b>अन्य शुल्क</b> (यदि कोई हो तो निर्दिष्ट करें) / <b>Other Charges</b> (if any please specify)								
<b>कुल योग/Grand Total</b>									

#HSN Code:” Harmonized System of Nomenclature Code No.” and SAC Code: “Service Accounting Codes Code No.”

- डिलीवरी मोड/Delivery Mode: केवल तर्केवि, तिरुवारूर में डिलीवरी।Delivery at CUTN, Thiruvavarur Only.
- उपरोक्त कॉलम में कुल बोली मूल्य सभी करों और लेवी परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग इत्यादि सहित होना चाहिए।Total bid Price in the above column should be inclusive of all taxes and levies transport ,loading, unloading etc.
- डिलीवरी अवधि ।Delivery Period.....दिन।days
- वैधता तिथि।Validity Date: कोटेशन/निविदा जमा करने की तारीख से न्यूनतम 180 दिन।Minimum 180 days from the date of submission of quotation/tender.
- भुगतान शर्तें।Payment Term: संबंधित विभाग/अनुभाग/एमएमडी/विश्वविद्यालय को बिल स्वीकृति प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर भुगतान।Payment within 30days from the date submission of bill Acceptance Certificate to concerned Dept./Sect./MMD/University.
- प्रस्तावित अधिकतम शैक्षिक छूट का उल्लेख किया जाना चाहिए।Maximum educational discount as could be offered should be mentioned.
- उपकरणों के लिए उद्धृत मूल्य में पैकिंग, परिवहन, पारगमन बीमा, सभी कर्तव्यों और शुल्कों, उपकरणों की डिलीवरी, लोडिंग और अनलोडिंग, इसकी संस्थापन, कमीशनिंग, एकीकरण और सत्यापन सहित सभी लागत शामिल होनी चाहिए।Price quoted for equipment must include all costs associated with packing, transportation, transit insurance, all duties and levies, delivery of equipment, loading and unloading, including its installation, commissioning, integration and validation.

8. अन्य मुद्राओं में उद्धृत मूल्यों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। Prices quoted in other currencies will be summarily rejected.

पीएन सं./PAN No:

जीएसटी पंजीकरण सं./GST Registration No. :

हस्ताक्षर/Signature:

नाम/Name:

कंपनी का नाम व पता/Company Name & Address:

दिनांक/Date:

स्थान/Place:

नोट/Note: मूल्य बोली केवल दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। अतिरिक्त जानकारी/अतिरिक्त मदों के लिए उपर्युक्त प्रारूप टाइप किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है। Price Bid should be submitted in given format only. For additional information/extra items above format may be typed and used.

2. कोट में कमीशनिंग/संस्थापन की तारीख से **तीन/पाँच** वर्ष की वारंटी शामिल होनी चाहिए। चौथे/छठे साल से एएमसी शुल्क नीचे दिए गए प्रारूप में उद्धृत किए जा सकते हैं। एएमसी के तहत एक वर्ष के दौरान सेवा कर्मियों द्वारा दौरों की न्यूनतम संख्या 8 होगी (4 ब्रेक डाउन दौरे और 4 आवधिक दौरे)।

The quote should include a warranty of **THREE / FIVE** years from the date of commissioning/installation. The AMC Charges from 4<sup>th</sup>/ 6<sup>th</sup> years onwards may be quoted in the format below. The minimum numbers of visits by the service personal during a year under AMC shall be 8 ( 4 break down visits & 4 periodic visits)

<b>वारंटी अवधि के बाद का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी/सीएमसी)</b>						
<b>Annual Maintenance Contract (AMC)/ (CMC) after the Warranty Period</b>						
<b>क्र.सं./Sl.No</b>	<b>उपकरण का नाम Name of the Equipment</b>	<b>4<sup>th</sup> Year / 6<sup>th</sup> Year</b>	<b>5<sup>th</sup> Year / 7<sup>th</sup> Year</b>	<b>6<sup>th</sup> Year / 8<sup>th</sup> Year</b>	<b>7<sup>th</sup> Year / 9<sup>th</sup> Year</b>	<b>8<sup>th</sup> Year / 10<sup>th</sup> Year</b>

**उपकरण की विशिष्टताओं के लिए अनुपालन का विवरण | Compliance Statement to specifications of the equipment**

(विशिष्टि कॉलम का अनुपालन बोलीदाता द्वारा हाँ/नहीं जैसा भी मामला हो, बताते हुए भरा जाना है  
Compliance with specification column is to be filled up by the bidder stating YES/NO as the case may be)

क्र. सं./ SI.No.	विशिष्टि/Specification	आवश्यकताएँ /Requirements	विशिष्टि का अनुपालन (हाँ/नहीं) Compliance with Specification (Y/N)

**पीएफएमएस में ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से भुगतान हेतु जनादेश प्रपत्र  
MANDATE FORM FOR PAYMENT THROUGH EAT MODULE IN PFMS  
खाता धारक का विवरण / DETAILS OF ACCOUNT HOLDER:**

विक्रेता / लाभार्थी का नाम Name of the Vendor/Beneficiary	
बैंक का नाम/ Name of the Bank	
खाता संख्या/ Account Number	
आईएफएससीकोड / IFSC Code	
पीएएन संख्या/ PAN Number	
जीएसटी संख्या/ GST Number (यदि लागू हो/ if applicable)	
पता /Address (शहर, पिन कोड आदि सहित / Including City, Pin code etc.)	
मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी। Mobile No./email id	

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। I hereby declare that the particulars given above are correct and complete.

दिनांक/DATE:

हस्ताक्षर मुहर सहित/SIGNATURE WITH SEAL

**पिछले अनुभव और आपूर्ति आदेशों का विवरण |DETAILS OF PREVIOUS EXPERIENCE  
AND SUPPLY ORDERS**

क्र. सं. SI No.	समान उपकरण का नाम Name of the similar Equipment	संगठन का नाम जहाँ आपूर्ति की गई Name of the Organisation where supplied	संगठन का प्रकार Type of Organisation (Govt./University/ PSU/ Private/Autonomous Body etc.)	क्रय आदेश प्राप्त होने की तिथि Date of receipt of Purchase Order	मात्रा Quantity	ऑर्डर का मूल्य Value of Order

संबंधित/समर्थक दस्तावेज जैसे क्रय आदेश, कार्य समापन प्रमाण पत्र आदि संलग्न करें।  
Enclose Relevant/Supporting Documents such as Purchase Order, Work completion certificate etc.

दिनांक/DATE:

हस्ताक्षर मुहर सहित/SIGNATURE WITH SEAL

बैंक द्वारा निष्पादन सुरक्षा (गारंटी) का प्रपत्र  
FORM OF PERFORMANCE SECURITY (GUARANTEE) BY BANK

This deed of Guarantee made this day of \_\_\_\_\_ between Bank of \_\_\_\_\_ (hereinafter called the “Bank”) of the one part, and Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur (hereinafter called “the Purchaser”) of the other part.

Whereas the Purchaser has awarded the contract for Supply, Installation, Commissioning, Integration and Validation of \_\_\_\_\_ (name of the equipment) (hereinafter called the contract) to \_\_\_\_\_

(hereinafter called the Supplier); (Name of the Supplier)

AND WHEREAS the Supplier is bound by the said Contract to submit to the Purchaser a Performance Security for a total amount of Rs. \_\_\_\_\_ (Amount in figures and words).

Now, I/we the undersigned, being fully authorized to sign and to incur obligations for and on behalf of and in the name of \_\_\_\_\_ (Full name of Bank), hereby declare that the said Bank will guarantee the Purchaser the full amount of Rs. \_\_\_\_\_ (Amount in figures and words) as stated above.

After the Supplier has signed the aforementioned Contract with the Purchaser, the Bank is engaged to pay the Purchaser, any amount up to and inclusive of the aforementioned full amount upon written order from the Purchaser to indemnify the Purchaser for any liability of damage resulting from any defects or shortcomings of the Supplier under the Contract mentioned above, whether these defects or shortcomings are actual or estimated. The Bank will deliver the money required by the Purchaser immediately on demand without delay without reference to the Supplier and without the necessity of a previous notice or of judicial or administrative procedures and without it being necessary to prove to the Bank the liability or damages resulting from any defects or shortcomings of the Supplier. The Bank shall pay to the Purchaser any money so demanded notwithstanding any dispute/disputes raised by the Supplier in any suit or proceedings pending before any Court relating thereto and the liability under this guarantee shall be absolute and unequivocal.

This Guarantee is valid for a period of thirty six months from the date of signing. (Initial period for which this Guarantee will be valid must be for at least thirty (30) days longer than the anticipated expiry date of warranty period).

At any time during the period in which this Guarantee is still valid, if the Purchaser agrees to grant a time extension to the Supplier or if the Supplier fails to complete the work within the time of completion as stated in the Contract, or fails to discharge himself of the liability or damages as stated under Para 5 above, the Bank shall extend this Guarantee under the same conditions for the required time on demand by the Purchaser and at the cost of the Supplier.

The Guarantee hereinbefore contained shall not be affected by any change in the Constitution of the Bank or of the Supplier.

The neglect or forbearance of the Purchaser in enforcement of payment of any moneys, the payment whereof is intended to be hereby secured or the giving of time by the Purchaser for the payment hereof shall in no way relieve the bank of its liability under this deed.

The expressions “the Purchaser”, “the Bank” and “the Supplier” hereinbefore used shall include their respective successors and assigns.

In witness whereof I/We of the bank have signed and sealed this guarantee on the

\_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_(Month & Year) being herewith duly authorized.

For and on behalf of the \_\_\_\_\_ Bank.

प्राधिकरण के हस्ताक्षर | Signature of Authority

बैंक | Bank अधिकारी का नाम | official Name: ..... पदनाम | Designation: .....

बैंक का स्टाम्प/मुहर | Stamp/Seal of the Bank: .....

निम्नलिखित की उपस्थिति में उपरोक्त नामित \_\_\_\_\_ द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षर किए गए, सीलबंद और सुपुर्द किए गए | Signed, sealed and delivered for and on behalf of the Bank by the above named \_\_\_\_\_ in the presence of:

<b><u>साक्षी / Witness 1</u></b>	<b><u>साक्षी / Witness 2</u></b>
हस्ताक्षर/Signature .....	हस्ताक्षर/Signature .....
नाम/Name .....	नाम/Name .....
पता/Address .....	पता/Address .....

**घोषणापत्र /Declaration**

हम एतदद्वारा वचन देते हैं कि जमा की गई निविदा में समर्थन दस्तावेजों सहित \_\_\_\_\_ पृष्ठ क्रमांकित हैं। (कृपया खाली पृष्ठ सहित, यदि कोई हो, तो सभी पृष्ठों पर क्रमांकित करें)। हमने अपने प्रिंसिपल अनन्य प्राधिकरण पत्र जमा कर दिया है जो इस निविदा संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के लिए विशिष्ट है।

We hereby undertake that there are \_\_\_\_\_ pages, serially numbered, in the submitted tender including the supporting documents. (Please number all the pages including blank page, if any). We have submitted our principal's exclusive authorization letter which is specific for this tender No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

क्र.सं. Sl.No	विवरण / Description	हाँ/नहीं Yes / No.
1.	निविदा के सभी नियमों और शर्तों से सहमत / Agreed all terms and conditions of Tender	
2.	क्या आपको कभी किसी सरकार/पीएसयू/विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज आदि द्वारा काली सूची में डाला गया है? Have you ever been Black Listed by any Government / PSU/ Universitys / Institute / Colleges etc.	

**बोलीदाता के हस्ताक्षर, मुहर सहित  
Signature and seal of the bidder**

**मूल्य अनुकूलता प्रमाणपत्र /PRICE REASONABILITY CERTIFICATE**

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने आपको अपने कोटेशन संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के लिए अधिकतम संभव छूट की पेशकश की है। हम प्रमाणित करना चाहते हैं कि उद्धृत मूल्य न्यूनतम है और हमने उसी वस्तु को किसी अन्य ग्राहक को तर्कविकी पेशकश की तुलना में कम दरों पर उद्धृत नहीं किया है और न ही हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि प्रस्ताव की वैधता या खरीद आदेश का निष्पादन नहीं हो जाता, जो भी हो बाद में है।

This is to certify that we have offered the maximum possible discount to you in our Quotation No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_. We would like to certify that the quoted price are the minimum and we have not quoted the same item on lesser rates than those being offered to CUTN to any other customer nor we will do so till the validity of offer or execution of purchase order, whichever is later.

**बोलीदाता के हस्ताक्षर, मुहर सहित**  
**Signature and seal of the bidder**

**सत्यनिष्ठा संधि /INTEGRITY PACT**

**To,**

The Registrar,  
Central University of Tamil Nadu,  
Thiruvarur.

**Sub: Submission of Tender for Supply and Installation of Laboratory Instrument, High Resolution Mass Spectrometer with NANO –LC / UHPLC for Proteomics Metabolomics and Lipidomic Applications- 01 No and Triple Quad GC\*GC/MSMS for Volatile, Pesticides, Metabolomics Application and Other Academic Chemistry Applications - 01 No. for Department of Horticulture at Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur.**

**Sir/ Madam,**

I/We acknowledge that Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur is committed to follow the principles thereof as enumerated in the Integrity Agreement enclosed with the tender/bid document.

I/We agree that the Notice Inviting Tender (NIT) is an invitation to offer made on the condition that I/We will sign the enclosed integrity Agreement, Annexure XA which is an integral part of tender documents, failing which I/We will stand disqualified from the tendering process. I/We acknowledge that THE MAKING OF THE BID SHALL BE REGARDED AS AN UNCONDITIONAL AND ABSOLUTE ACCEPTANCE of this condition of the NIT.

I/We confirm acceptance and compliance with the Integrity Agreement in letter and spirit and further agree that execution of the said Integrity Agreement shall be separate and distinct from the main contract, which will come into existence when tender/bid is finally accepted by Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur. I/We acknowledge and accept the duration of the Integrity Agreement, which shall be in the line with Article 1 of the enclosed Integrity Agreement.

I/We acknowledge that in the event of my/our failure to sign and accept the Integrity Agreement, while submitting the tender/bid, Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur shall have unqualified, absolute and unfettered right to disqualify the tenderer / bidder and reject the tender/bid in accordance with terms and conditions of the tender/ bid.

Yours faithfully,

(Duly authorized signatory of the Bidder)

(गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है/To be submitted on non-Judicial stamped paper (Rs.200/-)

**सत्यनिष्ठा अनुबंध /INTEGRITY AGREEMENT**

This Integrity Agreement is made at ..... on this ..... day of ..... 2026

**BETWEEN**

The Registrar, Central University of Tamil Nadu, Thiruvavur, (Hereinafter referred as the ‘**Principal/Owner**’, which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof include its successors and permitted assigns)

**AND**

.....(Name and Address of the Individual/firm/Company) through ..... (Details of duly authorized signatory) (Hereinafter referred to as the “**Bidder/Contractor**” and which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof include its successors and permitted assigns)

**Preamble**

WHEREAS the Principal / Owner has floated the Tender (Tender Ref. no: **CUTN/PUR/2025-26/\_\_\_\_\_**) (hereinafter referred to **Supply and Installation of Laboratory Instrument, High Resolution Mass Spectrometer with NANO –LC / UHPLC for Proteomics Metabolomics and Lipidomic Applications- 01 No and Triple Quad GC\*GC/MSMS For Volatile, Pesticides, Metabolomics Application And Other Academic Chemistry Applications - 01 No. for Department of Horticulture** at Central University of Tamil Nadu, Thiruvavur.

hereinafter referred to as the “Contract”.

AND WHEREAS the Principal/Owner values full compliance with all relevant laws of the land, rules, regulations, economic use of resources and of fairness/transparency in its relation with its Bidder(s) and Contractor(s). AND WHEREAS to meet the purpose aforesaid both the parties have agreed to enter into this Integrity Agreement (hereinafter referred to as "Integrity Pact" or "Pact"), the terms and conditions of which shall also be read as integral part and parcel of the Tender/Bid documents and Contract between the parties.

NOW, THEREFORE, in consideration of mutual covenants contained in this Pact, the parties hereby agree as follows and this Pact witnesses as under:

**अनुच्छेद। Article 1: प्रिंसिपल/मालिक की प्रतिबद्धता |Commitment of the Principal/Owner**

- (1) The Principal/Owner commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles:
  - (a) No employee of the Principal/Owner, personally or through any of his/her family members, will in connection with the Tender, or the execution of the Contract, demand, take a promise for or accept, for self or third person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
  - (b) The Principal/Owner will, during the Tender process, treat all Bidder(s) with equity and reason. The Principal/Owner will, in particular, before and during the Tender process, provide to all Bidder(s) the same information and will not provide to any Bidder(s) confidential / additional

information through which the Bidder(s) could obtain an advantage in relation to the Tender process or the Contract execution.

- (c) The Principal/Owner shall endeavour to exclude from the Tender process any person, whose conduct in the past has been of biased nature.
- (2) If the Principal/Owner obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the Indian Penal code (IPC)/Prevention of Corruption Act, 1988 (PC Act) or is in violation of the principles herein mentioned or if there be a substantive suspicion in this regard, the Principal/Owner will inform the **Chief Vigilance Officer \ Officer in charge** and in addition can also initiate disciplinary actions as per its internal laid down policies and procedures.

## **अनुच्छेद।Article 2: बोलीदाता(ओं) / ठेकेदार की प्रतिबद्धता।Commitment of the Bidder(s)/Contractor(s)**

1. It is required that each Bidder/Contractor (including their respective officers, employees and agents) adhere to the highest ethical standards, and report to the Government / Department all suspected acts of fraud or corruption or Coercion or Collusion of which it has knowledge or becomes aware, during the tendering process and throughout the negotiation or award of a contract.
2. The Bidder(s)/Contractor(s) commits himself to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the Tender process and during the Contract execution:
  - (a) The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm, offer, promise or give to any of the Principal/Owner's employees involved in the Tender process or execution of the Contract or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the Tender process or during the execution of the Contract.
  - (b) The Bidder(s)/Contractor(s) will not enter with other Bidder(s) into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to cartelize in the bidding process.
  - (c) The Bidder(s)/Contractor(s) will not commit any offence under the relevant IPC/PC Act. Further the Bidder(s)/Contractor(s) will not use improperly, (for the purpose of competition or personal gain), or pass on to others, any information or documents provided by the Principal/Owner as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.
  - (d) The Bidder(s)/Contractor(s) of foreign origin shall disclose the names and addresses of agents/representatives in India, if any. Similarly Bidder(s)/Contractor(s) of Indian Nationality shall disclose names and addresses of foreign agents/representatives, if any. Either the Indian agent on behalf of the foreign principal or the foreign principal directly could bid in a tender but not both. Further, in cases where an agent participate in a tender on behalf of one manufacturer, he shall not be allowed to quote on behalf of another manufacturer along with the first manufacturer in a subsequent/parallel tender for the same item.
  - (e) The Bidder(s)/Contractor(s) will, when presenting his bid, disclose any and all payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the Contract.
3. The Bidder(s)/Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or be an accessory to such offences.
4. The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm indulge in fraudulent practice means a will ful misrepresentation or omission of facts or submission of fake/forged documents in order to induce public official to act in reliance thereof, with the purpose of obtaining unjust advantage by or causing damage to justified interest of others and/or to influence the procurement process to the detriment of the Government interests.
5. The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm use Coercive Practices (means the act of obtaining something, compelling an action or influencing a decision through intimidation, threat or the use of force directly or indirectly, where potential or actual injury may befall upon a person, his/ her reputation or property to influence their participation in the tendering process).

### **अनुच्छेद |Article 3: उल्लंघन के परिणाम |Consequences of Breach**

Without prejudice to any rights that may be available to the Principal/Owner under law or the Contract or its established policies and laid down procedures, the Principal/Owner shall have the following rights in case of breach of this Integrity Pact by the Bidder(s)/Contractor(s) and the Bidder/ Contractor accepts and undertakes to respect and uphold the Principal/Owner's absolute right:

1. If the Bidder(s)/Contractor(s), either before award or during execution of Contract has committed a transgression through a violation of Article 2 above or in any other form, such as to put his reliability or credibility in question, the Principal/Owner after giving 14 days notice to the contractor shall have powers to disqualify the Bidder(s)/Contractor(s) from the Tender process or terminate/determine the Contract, if already executed or exclude the Bidder/Contractor from future contract award processes. The imposition and duration of the exclusion will be determined by the severity of transgression and determined by the Principal/Owner. Such exclusion may be forever or for a limited period as decided by the Principal/Owner.
2. Forfeiture of EMD/Performance Guarantee/Security Deposit: If the Principal/Owner has disqualified the Bidder(s) from the Tender process prior to the award of the Contract or terminated/determined the Contract or has accrued the right to terminate/determine the Contract according to Article 3(1), the Principal/Owner apart from exercising any legal rights that may have accrued to the Principal/Owner, may in its considered opinion forfeit the entire amount of Earnest Money Deposit, Performance Guarantee and Security Deposit of the Bidder/Contractor.
3. Criminal Liability: If the Principal/Owner obtains knowledge of conduct of a Bidder or Contractor, or of an employee or a representative or an associate of a Bidder or Contractor which constitutes corruption within the meaning of IPC Act, or if the Principal/Owner has substantive suspicion in this regard, the Principal/Owner will inform the same to law enforcing agencies for further investigation.

### **अनुच्छेद |Article 4: पिछला उल्लंघन |Previous Transgression**

1. The Bidder declares that no previous transgressions occurred in the last 5 years with any other Company in any country confirming to the anticorruption approach or with Central Government or State Government or any other Central/State Public Sector Enterprises in India that could justify his exclusion from the Tender process.
2. If the Bidder makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the Tender process or action can be taken for banning of business dealings/ holiday listing of the Bidder/Contractor as deemed fit by the Principal/ Owner.
3. If the Bidder/Contractor can prove that he has resorted / recouped the damage caused by him and has installed a suitable corruption prevention system, the Principal/Owner may, at its own discretion, revoke the exclusion prematurely.

### **अनुच्छेद |Article 5: सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उपठेकेदारों के साथ समान व्यवहार | Equal Treatment of all Bidders/Contractors/Subcontractors**

1. The Bidder(s)/Contractor(s) undertake(s) to demand from all subcontractors a commitment in conformity with this Integrity Pact. The Bidder/Contractor shall be responsible for any violation(s) of the principles laid down in this agreement/Pact by any of its Subcontractors/sub-vendors.
2. The Principal/Owner will enter into Pacts on identical terms as this one with all Bidders and Contractors.
3. The Principal/Owner will disqualify Bidders, who do not submit, the duly signed Pact between the Principal/ Owner and the bidder, along with the Tender or violate its provisions at any stage of the Tender process, from the Tender process.

### **अनुच्छेद |Article 6- संधि की अवधि | Duration of the Pact**

This Pact begins when both the parties have legally signed it. It expires for the Contractor/Vendor 60 days after the completion of work under the contract including extension period (if awarded) and for all other bidders, till the Contract has been awarded. (if applicable)

If any claim is made/lodged during the time, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of this Pacts as specified above, unless it is discharged/determined by the Competent Authority, CUTN.

### **अनुच्छेद |Article 7- अन्य प्रावधान |Other Provisions**

1. This Pact is subject to Indian Law, place of performance and jurisdiction is the Head quarters of the Division of the Principal/Owner, who has floated the Tender.
2. Changes and supplements need to be made in writing. Side agreements have not been made.
3. If the Contractor is a partnership or a consortium, this Pact must be signed by all the partners or by one or more partner holding power of attorney signed by all partners and consortium members. In case of a Company, the Pact must be signed by a representative duly authorized by board resolution.
4. Should one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.
5. It is agreed term and condition that any dispute or difference arising between the parties with regard to the terms of this Integrity Agreement / Pact, any action taken by the Owner/Principal in accordance with this Integrity Agreement/ Pact or interpretation thereof shall not be subject to arbitration.

### **अनुच्छेद |Article 8 - कानूनी और पूर्व अधिकार |Legal and Prior Rights**

All rights and remedies of the parties hereto shall be in addition to all the other legal rights and remedies belonging to such parties under the Contract and/or law and the same shall be deemed to be cumulative and not alternative to such legal rights and remedies aforesaid. For the sake of brevity, both the Parties agree that this Integrity Pact will have precedence over the Tender/Contact documents with regard any of the provisions covered under this Integrity Pact.

IN WITNESS WHEREOF the parties have signed and executed this Integrity Pact at the place and date first above mentioned in the presence of following witnesses:

.....  
(For and on behalf of Principal/Owner)

.....  
(For and on behalf of Bidder/Contractor)

साक्षीगण |WITNESSES:

1 .....  
(हस्ताक्षर, नाम व पता/ signature, name and address)

2 .....  
(हस्ताक्षर, नाम व पता/signature, name and address)

स्थान/Place:

दिनांक/Date :

मेक इन इंडिया को प्राथमिकता के तहत स्व-घोषणा का प्रारूप

Format for Self-Declaration under preference to Make in India :

In line with Government Public Procurement Order No. P-45021/2/2017-BE-II date. 15.06.2017 & P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated: 04 June 2020, we hereby certify that we M/s. \_\_\_\_\_ (supplier name) are **CLASS-I / Class-II (Please specify clearly)** supplier meeting the requirement of local content more than 20% as defined in above orders for the material **Tender No. CUTN/PUR/2025-26/\_\_\_**. Details of location at which local value addition will be made as follows:

---

---

---

(पूरा पता लिखें / Complete address to be mentioned)

**स्थानीय सामग्री का प्रतिशत | Percentage of Local Content: \_\_\_\_\_ %**

We also understand, false declarations will be in breach of the Code of Integrity under rule 175 (1) (i) (h) of the General Financial Rules for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151 (iii) of the General Financial Rules along with such other actions as may be permissible under law.

**आपूर्तिकर्ता का मुहर और हस्ताक्षर**  
**Seal and signature of Supplier**

दिनांक/Date :

स्थान/Place:

*नोट/Note: As per the OM of Department of Promotion for Industry and Internal Trade No. P45021/102/2019-BE-II-Part(1) dated: 04.03.2021. The bidders can't claim themselves as Class-I local suppliers/Class-II local suppliers by claiming the services such as transportation, insurance, installation, commissioning, training and after sales service support like AMC/CMC etc. as local value addition*